

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սմարթ-Ջոբ ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | DF55 | Դայմինդ | արյան վերլուծիչներ | Դայմինդ | <p>Մարդու արյան ավտոմատ հեմատոլոգիական անալիզատոր Չափվող պարամետրերի քանակը՝ 31 պարամետր Diff ռեժիմում, առնվազն 5 դիֆերենցիալ WBC, առնվազն 15 պարամետր CBC ռեժիմում : Թողունակությունը՝ առնվազն 60 թեստ ժամում: Շտրիխ կոդ ընթերցող սարքի առկայություն:</p> <p>Ռեակցիայի / ընթերցման համակարգ՝ իմպեդանսի մեթոդ, 3D LEԴ լազերային ցրման տեխնոլոգիա տարբերակման համար, դետեկտորի տիպը՝ ֆոտոդիոդ: Հասանելի լեզուները՝ ռուսերեն և անգլերեն:</p> |

Օգտագործողի ինտերֆեյսը՝ 10.4
դյույմ անկյունագծով սենսորային
էկրան: Աշխատանքային ռեժիմները՝
CBC, CBC + Diff, նոսրացված արյան
ռեժիմ: Նմուշի տիպերը՝ երակային և
մազանոթային ամբողջական արյուն
(K2 և K3-EDTA հակակոագուլյանտ),
նախապես նոսրացված արյուն:
Չափվող պարամետրերը Diff
ռեժիմում առնվազն՝ RBC, MCV, HCT,
RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC,
PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCC, P-LCR
WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%,
NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#,
BAS%, ALY#, ALY%, LIC#, LIC%:
Չափվող պարամետրերը CBC
ռեժիմում առնվազն՝ WBC, RBC, HGB,
MCV, MCH, MCHC, RDW-cv, RDW-sd,
HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-
LCR: Բաշխման հիստոգրամները
առնվազն՝ WBC, RBC, PLT:
Կալիբրացիաի տեսակները՝ ձեռքով
ռեժիմ և ծրագրային աջակցող
ավտոմատ ռեժիմ: Կալիբրացիան
առնվազն երակային և
մազանոթային ամբողջական արյան
համար, առնվազն հետևյալ
պարամետրերով RBC, WBC, PLT,
MCV, HGB, HCT: Թեստերի

կրկնելիության ցուցանիշները
առնվազն 5 թեստի համար ոչ վատ
քան $\leq 2.0\%$ WBC համար, ± 4.0
Neu% համար, ± 3.0 Lym% համար,
 $\leq 1.5\%$ RBC համար, $\leq 1.5\%$ HGB
համար, $\leq 4.0\%$ PLT համար, 120 Φ l
MCV համար: Բեֆերենս ցուցանիշը
ոչ պակաս քան 0,99
Ինքնաստուգման թեստի
առկայություն: Ներքին բաշխման
համակարգի սոլենոիդ փականների
մեխանիկական բացման
հնարավորություն առանց
սարքավորման կորպուսը
ապամոնտաժելու, արագ լվացման և
ներարկիչների փոխարինման
հնարավորություն: Դրոշներ և
ուղեցույց՝ առնվազն կլինիկական
(ախտաբանական) դրոշներ,
լաբորատոր սահմաններ, նորմալ
միջակայքեր, բարձր/ցածր
արժեքներ, դատարկ չափում,
ադմուկ/արտեֆակտ: Նմուշառման
ծավալը ոչ ավել քան 20մկլ
ամբողջական արյան համար, 20մկլ
Նոսրացված արյան համար:
Նոսրացված արյան ստացումը
ավտոմատ, սարքի ներսում:
Ռեագենտները առանց ցիանիդների

պարունակությամբ: 100000 թեստի հիշողության հնարավորություն սարքում, ներառյալ դրոշները, ցրվածքը, հիստոգրամները, որակի վերահսկման ցուցանիշները ամեն թեստի համար: Միակցիչները` 4 հատ USB 2.0: Կապակցման ստանդարտները առնվազն` երկկողմանի LIS, HL7: Էլեկտրոսնուցման ստանդարտները ՀՀ Էլեկտրոցանցերի պահանջների համաձայն : Լրակազմում բոլոր անհրաժեշտ պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում շտրիխ կոդ ընթերցող սարք, պահեստային խողովակների հավաքածու, թափոնների տարա, ռեագենտների հավաքածու, մալուխներ, մեկ տարվա սպասարկման փաթեթ պահեստամասերով: Մատակարարը հանդիսանում է արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչը ՀՀ-ում և ապահովի սարքի տեղադրումը, միացումը, անձնակազմի ուսուցումը, երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկման աշխատանքները: Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Որակավորման և ստանդարտների սերտիֆիկատների, արտադրողի կողմից տրված մատակարարման և սպասարկման հավաստագրի պարտադիր առկայությունը հայտի գնահատման փուլում:

Սերտիֆիկատները առնվազն՝ EMAS, ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, CE 98/79 EC- Annex 4

ООО Смарт-Джоб в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UE4-EUХ012E 25/13 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |