

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Երիկամային զարկերակի ստենտ	MERIL	Cogent BMS	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Բալուն դիլատացիոն պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի նյութը կոբալտ-քրոմ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը ոչ ավել քան 120մկմ, շավթի աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150սմ, պրոքսիմալ շաֆտի տրամագիծը ոչ ավել քան 2.2մմ, դիստալ շաֆթի տրամագիծը ոչ ավել քան 3.2մմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,014" ուղղորդիչի հետ և 5, 6fr ինտրադյուսորի հետ: Ստենտի

չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 12մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 18մմ: Միջին կարճեցումը ոչ ավել քան երկարության 1 տոկոսը, նոմինալ ճնշումը առնվազն 9բար: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:

				<p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	Երկամային զարկերակի ստենտ	MERIL	Cogent BMS	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Բալոն դիլատացիոն պերիֆերիկ ստենտ, OTW առաքման համակարգով, ստենտի կյուլը կոբալտ-քրոմ, դիզայնը հիբրիդային՝ բաց և փակ բջիջներով, ճաղերի հաստությունը ոչ ավել քան 120մկմ, շավթի աշխատանքային երկարությունը առնվազն 150սմ, պրոքսիմալ շաֆտի տրամագիծը ոչ ավել քան 2.2մմ, դիստալ շաֆթի տրամագիծը ոչ ավել քան 3.2մմ, ռենտգենկոնտրաստային նշակիրներ, համատեղելի 0,014" ուղղորդիչի հետ և 5, 6fr ինտրադյուստրի հետ: Ստենտի

չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 12մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 18մմ: Միջին կարճեցումը ոչ ավել քան երկարության 1 տոկոսը, նոմինալ ճնշումը առնվազն 9բար: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:

				<p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--