

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ, շարժական, առնվազն 4 անիվներով, որոնցից երկուսը համալրված արգելակներով: Առավելագույն բացասական ճնշման ցուցանիշը ոչ պակաս քան 675 մմ սնդիկի սյուն կամ -0.90մմ: Հոսքի արագությունը՝ առնվազն 60լիտր/րոպե: Հավաքման տարա՝ 2 հատ 3 լիտր տարողությամբ՝ պատրաստված չկոտրվող և ավտոկլավացվող պոլիկարբոնատից, համալրված գրավիտացիոն փականներով: Խողովակները սիլիկոնե, որոնք

				նույնպես պետք է լինեն ավտոկլավացվող: Հակաբակտերիալ և ,հիդրոֆոբ ֆիլտրի պարտադիր առկայություն: Շարժիչը յուղագուրկ, անվտանգության թակարդը `  առնվազն 250 մլ: Աղմուկ 46դԲ-ից ոչ  ավել: Էներգամատակարարում` 220Վ: Քաշը` ոչ ավել քան 20կգ: Ապրանքը  պետք է լինի նոր,  չօգտագործված,լրակազմում  ներառի աշխատանքի համար  անհրաժեշտ բոլոր  պարագաները,օգտագործման  ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն  լեզվով,  մատակարարում,տեղադրում և  ռևուզում:Երաշխիքը առնվազն` 24 ամիս:Հավաստագրերի առկայություն առնվազն ` EN ISO 9001:2015,CE 93/42կամ 2017/745, EN60601-1-1, ISO 13485:2016
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ	Էլեկտրական վիրաբուժական արտածծիչ, շարժական, առնվազն 4 անիվներով, որոնցից երկուսը համալրված արգելակներով: Առավելագույն բացասական ճնշման ցուցանիշը ոչ պակաս քան 675 մմ սնդիկի սյուն կամ -0.90մճ: Հոսքի արագությունը ` առնվազն 60լիտր/րոպե: Հավաքման տարա՝ 2 հատ 3 լիտր տարողությամբ՝ պատրաստված չկոտրվող և ավտոկլավացվող պոլիկարբոնատից, համալրված գրավիտացիոն փականներով: Խողովակները սիլիկոնե, որոնք

				նույնպես պետք է լինեն ավտոկլավացվող: Հակաբակտերիալ և ,հիդրոֆոբ ֆիլտրի պարտադիր առկայություն: Շարժիչը յուղագուրկ, անվտանգության թակարդը `  առնվազն 250 մլ: Աղմուկ 46դԲ-ից ոչ  ավել: Էներգամատակարարում` 220Վ: Քաշը` ոչ ավել քան 20կգ: Ապրանքը  պետք է լինի նոր,  չօգտագործված,լրակազմում  ներառի աշխատանքի համար  անհրաժեշտ բոլոր  պարագաները,օգտագործման  ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն  լեզվով,  մատակարարում,տեղադրում և  ռևուզում:Երաշխիքը առնվազն` 24 ամիս:Հավաստագրերի առկայություն առնվազն ` EN ISO 9001:2015,CE 93/42կամ 2017/745, EN60601-1-1, ISO 13485:2016
--	--	--	--	---