

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՁՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-39/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                      |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը  | մակնիշը              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                  | ախտորոշման<br>սարքեր  | ախտորոշման<br>սարքեր | ախտորոշման<br>սարքեր | ախտորոշման<br>սարքեր   | Սպիրոմետր՝ հիվանդների մոտ<br>թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված<br>պարամետրերը ուսումնասիրելու<br>համար, պնևմոտախիմետրիկ<br>սկզբունքով, պետք է ունենա թոքերի<br>կենսական տարողությունը՝<br>պարամետրերի ավտոմատ<br>հաշվարկմամբ, առնվազն VC, IRV,<br>ERV, TV, IRV / ERV, արագացված<br>արտաշնչման թեստ՝ պարամետրերի<br>ավտոմատ հաշվարկմամբ,<br>առնվազն FVC, PEF, FEV0.5, FEV1,<br>FEV3, FEV6, FEV0.5/FVC, FEV0.5/VC,<br>FEV1/VC, FEV1/FVC, FEV3/VC,<br>FEV3/FVC, MEF25, MEF50, MEF75, |

FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF75-85, Aex, PEV, TPEF, Texp, VC, VCmax, MIF50, PIF, FIV0.5, MEF50/MIF50, FEV0.5/FIV0.5, IVC, FIF25-75, FEV0.75, FEV0.75/FVC, թոքերի առավելագույն օդափոխությունը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, առնվազն MVV, VTrest, VTmrv, RR, MVV Time, շնչառության թուփական ծավալը՝ պարամետրերի ավտոմատ հաշվարկմամբ, առնվազն VE, VT, RR, VE Time, Էքսպիրես-թեստ (սքրինինգ), Ֆունկցիոնալ փորձերի անցկացում (պրովոկացիոն և բրոնխոլիտիկով)՝ փորձից առաջ և հետո ստացված արդյունքների ավտոմատ համեմատմամբ, տարիքային-սեռական նորմերի հետ պարամետրերի ավտոմատ համադրման հնարավորություն՝ բրոնխ-թոքային հաղորդունակության մասին ավտոմատ բանավոր եզրակացության կազմմամբ, Ռեֆերենս ցուցանիշների համակարգեր Knudson, Klement, ECCS, ITS, GLI-2012, Zapletal, Cherniak, EGKS, Shiryayeva, Երեք

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>հոսքով կարգաբերում<br/>կարգամերման ներարկչի<br/>օգնությամբ առնվազն 3լ, z-score և<br/>LLNabs` ցուցանիշները նորմայի հետ<br/>համեմատելու համար, մանկական<br/>հետազոտությունների<br/>իրականացման հնարավորություն,<br/>թեստերի անցկացման ուսուցման<br/>ինտերակտիվ անիմացիա, թոքերի<br/>տարիքի և ծխողի ինդեքսի<br/>ավտոմատ հաշվարկ, VC և FVC<br/>փորձերի իրականացման որակի<br/>ավտոմատ վերահսկում որակի և<br/>արտադրողականության<br/>ցուցանիշներով, բրոնխիալ ասթմայի<br/>կառավարման մակարդակի<br/>գնահատման էլեկտրոնային<br/>հարցաթերթիկներ. ACT թեստ,<br/>երեխաների մոտ ասթմայի<br/>կառավարման թեստ, ACQ-5<br/>հարցաթերթիկ, MRC հևոցի<br/>գնահատման հարցաթերթիկ, Borg<br/>Scale, էլեկտրոնային թեստ-<br/>հարցաթերթիկներ ԹՔՕՀ-ի<br/>աստիճանի գնահատման համար.<br/>CAT, CCQ, մի քանի<br/>հետազոտությունների դիսամիկ<br/>համեմատություն (թրենդի<br/>կազմում): Տեխնիկական տվյալներ</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ծավալի չափման շեղում՝ 2 - 8 լ.<br/>առավելագույնը <math>\pm 3\%</math> Չափվող հոսքի<br/>նվազագույն արագություն՝<br/>առավելագույնը 0 լ/վ Չափվող հոսքի<br/>առավելագույն արագություն՝<br/>առնվազն 15 լ/վ Օդի ծավալի<br/>չափման միջակայք՝ առնվազն 0.1 -<br/>8 լ Մոնիշտոուկի տեղադրման<br/>տրամագիծը՝ առավելագույնը 30 մմ<br/>Պետք է ունենա փոխվող, հանովի,<br/>մանրեագերծվող հոսքի փոխարկիչ<br/>հարվածակայուն պոլիմերից<br/>Փոխակերպչի քաշը հավաքված<br/>վիճակում ցանցով՝ առավելագույնը<br/>30գ Աշխատանքային<br/>ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից<br/>մինչև + 35°C Պետք է ունենա<br/>մետեոկայան՝ ջերմաստիճանի,<br/>խոնավության և ճնշման<br/>ներկառուցված<br/>տվիչներով, ստանդարտ միանգամյա<br/>օգտագործման ստվարաթղթե<br/>բերանակալների (ֆիլտրով կամ<br/>առանց) և հակաբակտերիալ<br/>գտիչների օգտագործման<br/>հնարավորություն, կապ<br/>համակարգչի հետ՝ USB:<br/>Մատակարարման լրակազմ<br/>Էլեկտրոնային բլոկ՝ 1 հատ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-EU2012P-39/25 (վալուիսներ, գլխակալներ, և այլն)՝ 1</p> <p style="text-align: center;">ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                        |               |                    |                            | <p>Սպիրոմետրիկ հետազոտությունների իրականացման արժեքտուարների լրակազմ՝ 1 հատ Կարգաբերման ներարկիչ՝ 1 հատ Ծրագրային ապահովում՝ 1 հատ Երաշխիքային ժամկետ-Էլեկտրոնային բլոկ՝ 24 ամիս, Էլեկտրոդների և տվիչների ամրագրված արժեքտուարները</p>                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |               | Предлагаемый товар |                            | ամիս Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ տաղանդիչ տեխնիկական արժեքտուարները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя | Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սպասարկման աշխատանքներ՝<br/>սերտիֆիկացված մասնագետի<br/>կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան<br/>24 ամիս: Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն). ISO13485 կամ<br/>համարժեք: CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|