

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի ֆիքսացիայի ռետրակցիոն համակարգ	Գլխի փափուկ և կոշտ ֆիքսացիա նյարդավիրաբուժական վիրահատություններ իրականացնելու համար՝ այդ թվում և ճշգրիտ նշանառության պարագաների կիրառմամբ (նեյրոնավիզացիոն համակարգեր և մանրադիտակներ): Գանգի ֆիքսացիայի բազմաֆունկցիոնալ համակարգը կիրառելի է մեծերի և երեխաների համար՝ այդ թվում և Նորածինների: Գանգի ֆիքսացիային ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ Պետք է ապահովվի ֆիքսացիայի երկու տեսակ՝ 3 կամ 4

շտիֆտով ֆիքսացիա, ինչպես նաև ոչ ինվազիվ պահում: Շտիֆտերով ֆիքսացիան պետք է համատեղելի լինի գելային բարձիկի գործածման հետ: Պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ ռետրակցիոն համակարգերին և շրջանաձև էլեմենտներին ամրացման, վիրահատական սեղանին կողմնային ուղղորդման միջոցով և երկառանցք ֆիքսատորի միջոցով ֆիքսացիա: Պացիենտի դիրքի ապահովում՝ փորի վրա, մեջքի վրա, կողքի վրա (լատերալ մուտք): Պետք է ունենա արագ տեղադրման և պինդ ամրացման լծակ և պատահական անջատումը կանխարգելող ամրացման համակարգ: Հարմարակցիչի ամրանների բարձրությունը ոչ պակաս քան 120մմ: Գանգային ֆիքսատորը պետք է ունենա 360° թեքվելու հնարավորություն, բռնիչի և սեղմանի կառավարելի կոշտ միացման հնարավորություն, գլխի սեղմանով պացիենտի եռադիր կամ քառադիր ֆիքսացիա՝ բոլոր դիրքերում: Գանգային սեղմանի եզրերը հարթ են, նախատեսված՝

հեշտ մաքրման համար: Գանգի բազմաֆունկցիոնալ ֆիքսատորի սեղմանի կառավարման ուժի սանդղակը ոչ պակաս քան 90/180/270/360 Ն, գանգային սեղմանի վրա ֆիքսող շտիֆտերի ծայրերի հեռավորության կառավարման միջակայք ոչ պակաս քան 95-215 մմ, Գլխի ֆիքսացիայի առանցքի և գանգային սեղմանի հիմքի վերին մակերեսի միջև հեռավորությունը ոչ պակաս քան 145 մմ: Գանգային սեղմանի վրա առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս քան 12,5 կգ: Գելային բարձերով պայտածև գլխատակ երկարացնիչով, մեծահասակի, մանկական: Լրակազմը պետք է ներառի առնվազն գլխի կոշտ և փափուկ ֆիքսացիայի համակարգ, մեծահասակների և մանկական գանգային ֆիքսատորի շտիֆտեր, չժանգոտվող պողպատից, նախատեսված, բազմակի օգտագործման համար, յուրաքանչյուրից 3 հատ, կառավարվող հենք, թերվող միացման էլեմենտ, կողմնային

ռելսերին ամրացվող ուղղորդման հարմարակցիչ: Ռետրակցիային ներկայացվող նվազագույն պահանջներն են՝ 360<sup>o</sup> կարգավորում յուրաքանչյուր ուղղությամբ: Հորիզոնական դիրքի հնարավորություն անկախ գանգային ֆիքսատորի դիրքից: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից, Ռետրակտորի հենքի միացման հնարավորություն յուրաքանչյուր դիրքում, Միացված հենքի կայունություն և անվտանգություն, Գլխի ֆիքսացիայի համակարգի հետ ամբողջական համապատասխանություն: Ճկուն թեքվող թևքերի երկարությունը ոչ պակաս քան 280 մմ, կոնաձև թիթեղները արտացոլման բացառման նպատակով պետք է լինեն՝ Սև, անփայլ, ունենան՝ տեֆլոնային ծածկույթ և արտակցիչ փոխարինման համար: Կոնաձև թիթեղների ճկվող մասի երկարությունը ոչ պակաս քան 102 մմ, Կոնաձև թիթեղների ճկվող մասի լայնությունը ոչ պակաս քան 6-ից 25 մմ: Լրակազմն առնվազն պետք է ներառի՝ 2 հատ ճկուն պտտվող թևք,

					<p>ախտահանման բոքս (ռետրակտորների համար), 2 հատ ռելիս արագ միացնող էլեմենտ, 4 հատ միակցիչ, 2 հատ հենքի ձող, 2 հատ աղեղնաձև հենք, ախտահանման բոքս, 10 հատ կոնաձև թիթեղ: Համակարգը պետք է ամրացվի բժշկական կենտրոնում արևայ Tekhard 700 միրահատական սեղանին: Պահանջվող տեխնիկական բնութագրով համարժեք են համարվում DORO տեխնիկական հարանրանիշի կամ Mayfield ապրանքանիշի ֆիրմատորները: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 24 ամիս: Համակարգի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված:</p>
		<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>			
		<b>предлагаемого товара</b>			
000 Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELU-02P-25/17					ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		տեխնիկական բնութագրով
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	համարժեք են համարվում DORO տեխնիկական հարանրանիշի կամ Mayfield ապրանքանիշի
5					ֆիրմատորները: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս, քան 24 ամիս:
					Համակարգի տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր և նախկինում չօգտագործված: