

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Medtronic	Solitare	Solitare	Medtronic	<p>Պետք է նախատեսված լինի սուր իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ արյան հոսքը վերականգնելու նպատակով, գլխուղեղի խցանված անոթներից թրոմբի հեռացման համար: Սարքը պետք է նախատեսված լինի օգտագործելու հետևյալ նեյրովասկուլյար համակարգերում - Ներքին քնային զարկերակներ, M1 և M2 հատվածներ, բազիլյար և ողնաշարային զարկերակներ: Գործիքի միջոցով պետք է հնարավոր լինի իրականացնել միջամտություններ 2.0-4.0 մմ և 3.0-5.5 մմ տրամագծով անոթներում:</p>

Կախված միջամտության  
առանձնահատկություններից  
հետևյալ չափերի պարտադիր  
առկայություն՝ երկարություն 20 և  
40մմ - 4.0մմ տրամագծերի դեպքում  
և 20, 24 և 40մմ երկարություն 6.0մմ  
տրամագծերի դեպքում: Սեղմող  
լարի երկարությունը՝ 180 սմ ( $\pm 1\%$ ):  
Միկրոկաթետերի նվազագույն  
ներքին տրամագիծը՝ 0.5մմ (4.0մմ  
տրամագծերի դեպքում) կամ 0.7մմ  
(4.0մմ տրամագծերի դեպքում):  
Դիստալ մասը և սեղմող լարը պետք  
է կազմված լինեն սիթինոլից:  
Գործիքի մակերևույթին, դիստալ և  
պրոքսիմալ հատվածներում պետք է  
տեղադրված լինեն  
ռենտգենոկոնտրաստ Pt/Ir  
մարկերներ: Ընդ որում դիստալ  
հատվածում պետք է տեղադրված  
լինի նվազագույնը 3-4, պրոքսիմալ  
հատվածում նվազագույնը 1, իսկ  
գործիքի մակերևույթին  
նվազագույնը 3 շարքով (20 և 24մմ  
երկարությունների դեպքում) և 5  
շարքով (40մմ երկարության  
դեպքում) 3-ական մարկեր:  
Ցանկացած մատակարարված  
խմբաքանակի համար CE MARK կամ

				<p>FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					