

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	OrbusNeich	Sapphire Pro	Sapphire Pro	OrbusNeich	Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը` 145 սմ <sup>o</sup> 2%: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ` կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը`14մթն,ծայրի պրոֆիլը`0.017"(0.43) <sup>o</sup> 2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել

				<p>Յմմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.1/2.4 F<sup>±2%</sup>: Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Կամ Մատակարարման համակարգ՝</p>
--	--	--	--	---

Monorail Rapid exchange: Պատման ձևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:

Ծայրի չափսը(Tip profile)  
0,016`` :Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:

Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 142 սմ: Նյութը Falcrum, Նոմինալ ճնշում 6-8 մթն: Պայթման հաշվարկային ճնշում 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի համար: Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014`` : Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,

					առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38	OrbusNeich	Sapphire Pro	Sapphire Pro	OrbusNeich	Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ °2%: Բալոնի կյուրը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.017"(0.43)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել

				<p>Յմմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը՝ 2.1/2.4 F<sup>±2%</sup>: Շաֆթի մեջ ինտեգրված վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալունի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալունի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 15մմ (առկա բոլոր տրամագծերի դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 25մմ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Կամ Մատակարարման համակարգ՝</p>
--	--	--	--	---

Monorail Rapid exchange: Պատման ձևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:

Ճայրի չափսը(Tip profile)  
0,016``:Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:

Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 142 սմ: Նյութը Falcrum, Նոմինալ ճնշում 6-8 մթն:Պայթման հաշվարկային ճնշում 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի համար: Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ:Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``:Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները,

					առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--	---