

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 25/0601 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Nanjing Perlove Medical Equipment Co.Ltd	Perlove Medical	PLX116B1	Zhuhai Perlead Medical Equipment Co., Ltd	Ունի պուլս ֆլյուրոսկոպիա, թվային ռադիոգրաֆիա, շարունակական ֆլյուրոսկոպիա: Մոնոբլոկ և գեներատոր: Ինտեգրված, բոլորը մեկում դիզայն, «պատկերի ստացման և մշակման աշխատանքային կայան և աղեղը մեկ սարքի մեջ»: Կիզակետերը` 0.6/1.8: Անոդի ջերմային հզորությունը` 47000 ՋՄ: Խողովակի ջերմային հզորությունը` 860000 ՋՄ: Գեներատորի հզորությունը` 5000 Վտ: Ինվերտորի հաճախականությունը` 40000 Hz: Շարունակական ֆլյուրոսկոպիա:

Ռեժիմները՝ ձեռքով և ավտոմատ:
 Խողովակի լարումը՝ 40կՎ ~ 120կՎ
 տիրույթում: Խողովակի հոսանքը՝
 0.3մԱ ~ 4մԱ տիրույթում:
 Պայծառության ավտոմատ
 կարգավորման գործառնության
 առկայություն: Պուլս
 ֆլուրոսկոպիա: Խողովակի
 լարումը՝ 40կՎ ~ 120կՎ: Խողովակի
 հոսանք՝ 0.3 մԱ ~ 30 մԱ:
 Ռադիոգրաֆիայի ռեժիմ: Խողովակի
 լարումը՝ 40կՎ □ 120կՎ:
 Ռադիոգրաֆիկ խողովակի
 հոսանքը՝ 25մԱ ~ 100մԱ:
 Ռադիոգրաֆիաի մԱվ ցուցանիշի
 կարգաբերումը՝ 1.0մԱվ ~ 180մԱվ
 տիրույթում: Ճառագայթների
 կոլիմատորը էլեկտրական, գծային
 սիմետրիկ և իրիս տիպի, պտտվող
 բոլոր ուղղություններով: Պատկերի
 ընդունիչ: Պատկերի ուժեղացուցիչը՝
 9 դույմ, երեք դաշտով՝ 9, 6 և 4.5
 դույմ: Պատկերի ուժեղացուցիչի
 կենտրոնի լուծաչափը 4,8 զգ/մմ:
 Դետեկտիվ քվանտային
 արդյունավետության ցուցանիշը
 65%: Մատրիցայի լուծաչափը՝ 1024
 x1024 պիքսել: Ներկառուցված
 լազերային համադրման ցուցիչ:

					Պատկերի ստացման և մշակման աշխատանքային կայան: Գրանցում, գրանցման պահպանում, բժշկական գրառումների հերթական ցուցակ, աշխատանքային ցուցակ: Գործառույթները՝ առնվազն պատկերի ձեռքբերում, ձայնագրություն, վերսկսում, հորիզոնական հայելային փոխարկում, ուղղահայաց հայելային փոխարկում, պատուհանի կարգավորում, խոշորացույց, դրական/բացասական պատկերի շրջում, եզրերի բարելավում, ռեկուրսիվ աղմուկի նվազեցում, ընդհանուր պատկերի խոշորացում, երկու, չորս և ինը պատկերի միաժամանակյա ցուցադրում, սրացում, տեքստի անոտացիա, երկարության չափում: Հիվանդի տվյալների կառավարում: Հաշվետվություն, պահպանում, նախադիտում, փորձագիտական ձևանմուշի կցում DICOM ֆունկցիա՝ DICOM3.0 փնտրում, DICOM ցանց: 2.4.6 Ցուցադրված կենդանի պատկեր և մի քանի պահպանված պատկերներ: Մեխանիկական մաս: Աղեղի առաջ և հետ շարժում՝
--	--	--	--	--	---

200մմ: Աղեղի պտույտ
 հորիզոնական առանցքի շուրջ՝ $\pm 180^\circ$: Աղեղի պտույտ ուղղահայաց
 առանցքի շուրջ՝ $\pm 15^\circ$: Աղեղի
 կիզակետային հեռավորությունը
 960մմ: C-Աղեղի բացվածքը՝ 770մմ:
 C-Աղեղի կիզակետային
 խորությունը՝ 650մմ: Աղեղի սահքը՝
 $+90^\circ$ - -30° տիրույթում: Աղեղի
 սյունի էլեկտրական բարձրացում՝
 400մմ: Ուղղորդող անիվը պետք է
 պտտվի ցանկացած ուղղությամբ,
 իսկ հիմնական անիվը պետք է
 պտտվի $\pm 90^\circ$: Մոնիտորի պտտման
 տիրույթը հենակի վրա՝ 300° :
 Կառավարման վահանակի էկրանը
 հպումային 7 դույմ անկյունագծով:
 Ներկառուցված DVD-RW
 սկավառակի ծայնագրիչ, USB
 միակցիչներ՝ 4 հատ, արտակարգ
 իրավիճակների կոճակ: 24 դույմ
 անկյունագծով ինտեգրված հեղուկ
 բյուրեղային էկրան, լուծաչափը՝
 1920x1080 պիքսել, առավելագույն
 պայծառությունը՝ 250 կնդ/մ2 ,
 դիտման անկյունը
 (հորիզոնական/ուղղահայաց
 ուղղություն) $170^\circ/170^\circ$: Լրակազմում
 ուղի անջատիչ (ֆյուրոսկոպիա,

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		ռադիոգրաֆիա և պատկերի պահպանում), արտակարգ իրավիճակների կոճակ, ռադիոգրաֆիայի ձեռքի կոճակ, և լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Ինտերֆեյսը՝ ռուսերեն: Էլեկտրամատակարարման լարումը՝ 220 Վ ± 20 Վ: ՀԲԿ - EUC 12P - 25/0601 ինչ Էլեկտրամատակարարման հաճախականությունը՝ 50 Հց ± 1 Հց: Մարդկային և չօգտագործված, ոչ տեխնիկական հատկությունները: Վաճառվող 12 ամսվա արտադրության մատակարարման պահից, երաշխիքը՝ 12 ամիս: Մատակարարող կապահովի սարքի մատակարարումը, տեղադրումը, անձնակազմի ուսուցումը արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Առնվազն մեկ հոգու համար ռենտգենյան ճառագայթից անհատական պաշտպանության միջոցներ: Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (EU 2017/745)
ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության	ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության	ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության	ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության	ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության	ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության ԼՍԼԼ Սերիա 2019 թ. 12 ամսվա արտադրության
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					