

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV300/Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV600	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV300/Թոքերի արհեստական շնչառության սարք SV600	SV300/SV600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	Արհեստական օդափոխության սարք օդի խոնավացման և տաքացման համակարգով Հիվանդի տիպերը՝ Մեծահասակ, Մանկական, Նորածին: Տիպը տուրբինային՝ ոչ կոմպրեսորային: Էկրանի լուծաչափը առնվազն՝ 1280*800 պիքսել (H) x (V), առնվազն 12.1 Գունավոր ակտիվ TFT հպումային մատրիցա: Պայծառություն՝ կարգավորելի, Էկրանի թեքվող՝ կարգաբերվող 65 աստիճան: Ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ՝ VCV (ծավալի վերահսկման օդափոխություն), PCV (ճնշման

վերահսկման օդափոխություն), VSIMV (Ծավալի սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), PRVC (Ճնշման կարգավորվող, ծավալի վերահսկում), V+SIMV (PRVC+SIMV), Duo Level (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում) , APRV, Apnea դափոխում: Ոչ ինվազիվ օդափոխության ռեժիմ `PCV (ճնշման վերահսկման օդափոխություն), PSIMV (Ճնշման սինխրոնիզացված ընդհատվող պարտադիր օդափոխություն), CPAP/PSV (Շարունակական դրական օդուղիների ճնշման/ճնշման օժանդակ օդափոխություն), DuoLevel (Bilevel դրական օդուղիների ճնշում), APRV:Կարգաբերվող պարամետրերը` O2% 21-100, VT (ծավալ) 2-2000 մլ, MV 100 լ/ր, f (Օդափոխության հաճախականություն) 1-150 շ/ր,

fSIMV(Օդափոխության
 հաճախականությունը SIMV
 ռեժիմում) 1-150 շ/ր, I:E միջակայք
 4:1-1:10, Tinsp (ներշնչման
 ժամանակ) 0.10-10 վ, Դադար
 5-60%, ΔP_{insp} 0-80cmH₂O, ΔP_{supp}
 0-80cmH₂O, PEEP 0-50cmH₂O, Exp%
 1-85% և ավտոմատ, ներշնչման
 դադարի ժամանակի տիրույթը
 0,2-10վ Համաժամեցված խողովակի
 դիմադրության
 համապատասխանության
 գործառույթ՝ Մեծահասակները՝ 5,0
 -12,0 մմ (0,5 մմ ավելացումներ)
 Մանկական՝ 2,5 - 8,0 մմ (0,5 մմ
 ավելացումներ): Վերահսկվող
 պարամետրեր՝ Paw Ppeak
 PplatPmean PEEP Insp Flow Exp Flow
 MV MV leak MV spn Real
 timeGraphics: Pressure-time
 waveforms Flow-time waveforms
 Volume-time waveforms Vte VTi
 Oxygen concentration VTe spn
 VTe/IBW ftotal fmand fspn Re Ri Paw-
 Volume Loop Flow-time Loop Paw-
 Flow Loop Cdyn Cstat Rcexp WOB
 RSBI NIF P0.1 PEEPiContinuous Flow
 (O2 Therapy) Տազնապները՝
 Մակընթացային ծավալ, Բուլեական

					ծավալ, Շնչուղիների ճնշում, հաճախականություն, թթվածին (FiO), Apnea ահագանգման ժամանակ: Օքսիգենացիայի ռեժիմ, հոսքի տիրույթը 2-80լ/ր: Տռեխներ գրաֆիկ և ցուցակով՝ 72 ժամ բոլոր պարամետրերի համար: Արտաքին AC սնուցման աղբյուր՝ Մուտքային լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց, 2,5A հոսանքը: Ներքին մարտկոց՝ ներկառուցված լիթիում-իոնային մարտկոց, ≥ 6400: Մարտկոցների քանակը 2: Մարտկոցից աշխատանքի ժամանակը առնվազն 6 ժամ Հաղորդակցման ինտերֆեյսներ առնվազն՝ Rs232, RJ45, USB, Nurse call, CO2 կալիբրատորի միակցիչ: Գազամատակարարում O2 Խողովակների միակցիչ NIST կամ DISS Գազի մատակարարման ճնշումը 280-600 կՊաՔաշը՝ 10 կգ: Սարքը նոր է, չօգտագործված, ներառում է լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, տեղադրումը, ուսուցումը, 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն՝ ISO
--	--	--	--	--	---

					9001, ISO 13485: 2016, ISO 14971, IEC 60601-1-25, CE acc MDD 93/42 ECC и FDA
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БДХДНДР-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46					