

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր	ԴԵՖԻԲՐԻԼԱՏՈՐ Երկֆազային, Էքսպոնենցիալ՝ հարմարեցված հիվանդի մաշկի դիմադրությանը Էներգիայի մատակարարումը՝ մեծահասակների համար բազմակի օգտագործման արտաքին թիակների միջոցով (ինտեգրված մանկական թիակներ), Ելքային Էներգիայի ճշգրտությունը $\pm 15\%$ Լիցքավորման ժամանակը՝ 5 վայրկյանից ոչ ավել՝ 200 Ջոուլի դեպքում՝ Նոր, լրիվ լիցքավորված մարտկոցով 7 վայրկյանից ոչ ավել՝ 360 Ջոուլի դեպքում, Նոր, լրիվ լիցքավորված մարտկոցով Ոչ ավտոմատ ռեժիմ՝

					Ընտրելի Էներգիայի մակարդակները առնվազն 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 360 Ջոուլ Էներգիայի ընտրության կառավարում առջևի վահանակի վրա Լիցքի թողարկման կոճակը առջևի վահանակի վրա և բազմակի օգտագործման արտաքին թիակների վրա Սինքրոնացված կարդիոլերսիոն SYNC ստեղն առջևի վահանակի վրա Ցուցիչներ Տեքստային և ձայնային հաղորդագրություններ առնվազն՝ ձայնային ազդանշաններ, կարգավիճակի ցուցիչ, մարտկոցի ցուցիչ, համաժամային ռեժիմ, արտաքին Էներգիայի աղբյուրի ցուցիչ, միացված սարքավորումի ցուցիչ Հասանելի Էներգիայի ցուցիչներ Լիցքավորման ազդանշան, հասանելի Էներգիայի ազդանշան, թարթող լիցքաթափման կոճակ, Էներգիայի մակարդակի ցուցում Էկրանին Ավտոմատ ռեժիմ՝ Ընտրելի Էներգիայի մակարդակներ Մեծահասակների՝ 150-ից մինչև 360 Ջոուլ Մանկական՝ 40-ից 90 Ջոուլ Լսելի և Էկրանին ցուցադրվող ուղղորդողհաղորդագրություններ
--	--	--	--	--	--

					Հասանելի էներգիայի ցուցիչներ Լիցքավորման ազդանշան, հասանելի էներգիայի ազդանշան, թարթող լիցքաթափման կոճակ Ցուցիչներ Տեքստային և ձայնային հաղորդագրություններ, ձայնային ազդանշաններ, կարգավիճակի ցուցիչ, մարտկոցի ցուցիչ, սարքավորումներ, արտաքին էներգիայի աղբյուրի ցուցիչ Դեֆիբրիլցիայի ռիթմերը առնվազն փորոքային ֆիբրիլացիա և արագ փորոքային տախիկարդիա Հայտնաբերման առանձնահատկությունն ու զգայունությունը ըստ AHA-ի պահանջների Վերակենդանացման ուղեցույցները համաձայն (ERC/AHA) :2017 EUC ՄՈՆԻՏՈՐ 12 EUC ալիքները պետք է դիտվի միաժամանակ: 10 - լարային հիվանդի մալուխի միացման հնարավորություն ըստ պահանջի՝ արտածումները I, II, III, aVF, aVL, aVR և V1-ից մինչև V6 EUC ազդանշանը պետք է հնարավոր լինի նաև ստանալ բազմակի օգտագործման արտաքին թիակների միջոցով Չզայունություն առնվազն
--	--	--	--	--	--

					2.5, 5, 10, 20, 40 մմ/մվ, ավտոմատ ավելացում Սրտի զարկերի հաճախությունը ոչ պակաս 30-ից 300 գ/րոպե (ճշգրտություն $\pm 10\%$) Ցանցի զտիչ՝ 50 Հգ կամ 60 Հգ, առանձին զտիչ ոչ պակաս քան 0,67 - 40 Հգ տիրույթում EՍԳ ազդանշանից շնչառության հաճախությունը ստանալու հնարավորություն Հիվանդի մեկուսացման տեսակ՝ CF Փեյսմեյկեր Ալիքային և ուղղանկյուն հաստատուն հոսանք, ոչ ինվազիվ փեյսինգի հնարավորություն Պոլսի խորությունը առնվազն 40 ms (ճշգրտություն՝ $\pm 10\%$) Լայնություն 0-ից 200 մԱ (ճշգրտություն՝ $\pm 10\%$) Հաճախականությունը 30-ից 180 ppm (ճշգրտություն՝ $\pm 10\%$) Աշխատանքային ռեժիմներ Ֆիքսված և ըստ պահանջի Էկրանը՝ Չափսը՝ ոչ պակաս քան 8,4 դյույմ (անկյունագծ), TFT գունավոր, առնվազն 800 x 600 պիքսել տարլուծումով Թարմացման արագությունը՝ առնվազն 6,25, 12,5, 25 մմ/վրկ Տպիչ Տեսակ՝ ջերմային տպիչ Թղթի լայնությունը 50 մմ կամ 106 մմ
--	--	--	--	--	--

ԱՆԻՍԵՂՈՒՄ			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		Արագություն առնվազն 10, 25, 50 մմ/վ Սարքավորումը կարող է իքնաբերաբար տպել մարկերները և ահագանգերը: Հաշվետվություններ՝ առնվազնգործառնական հաշվետվություններ, թռեղներ, 12 կանալայինԵՍԳ հաշվետվություններ, կարգաբերված պարամետրեր, վերջին թեստերի արդյունքներ, ՏԿՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ Ներքին հիշողություն Պահպանում է տեխնիկական հատկություններ և բոլոր պարամետրերի մոնիտորինգը
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	հիշողություն Պահպանում է տեխնիկական հատկություններ և բոլոր պարամետրերի մոնիտորինգը
36					ոչ պակաս քան 24 ժամվա
					պահպանում Հիշողության քարտի միացման հնարավորություն Ներկառուցված Bluetooth առնվազն 1 դասիռադիոմոդուլ (առնվազն 200 մետր գործարկման հեռավորություն) Պաշտպանության տեսակը առնվազն IP55 Մուտքային լարումը. 100 240 Վ, 50/60 Հց, ոչ ավել քան 2,5 Ա Հզորությունը՝ առավելագույնը 140 Վտ Մարտկոց՝ 12 Վ վերալիցքավորվող ոչ պակաս քան 3 Ա/ժ 12 Վ NiMH կամ Li-ion մարտկոց Հաստատուն հոսանքի մատակարարումը՝ 10-16 Վ, ոչ ավել քան 10 Ա Տարողություն քչ պակաս

				քան 150 գարկ 360 Ջոուլով, նոր լրիվ լիցքավորված մարտկոցով 25°C ջերմաստիճանում, ոչ պակաս քան 190 թույլ էՍԳ մոնիտորինգ: Լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել քան 3,5 ժամ Մարտկոցի ցուցիչները առնվազն մարտկոցի կարգավիճակի ցուցիչ Էկրանին մարտկոցի ցածր լիցքի ցուցիչ, մարտկոցի բացակայություն, մարտկոցի լիցքավորում Չափերը 300 մմ (Բ) x 260 մմ (Խ) x 350 մմ (Լ)±5% Զաշը` ոչ ավել քան 7 կգ Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն` առնվազն IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010, IEC 60601-1-2:2015, IEC 60601-1: 2006, ISO 13485, CE MDD 93/42 կամ FDA Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ներառի լիցքավորման և լիարժեք աշխատանքի համար նախատեսված բոլոր պարագաները, Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--