

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Mega Brand LLC-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ակնաբուժական վի րահատություններ ի կոմբինացված համակարգ	Ակնաբուժական վի րահատություններ ի կոմբինացված համակարգ	Ակնաբուժական վի րահատություններ ի կոմբինացված համակարգ	Ակնաբուժական վի րահատություններ ի կոմբինացված համակարգ	Համակարգը պետք է նախատեսված լինի առաջային և հետին հատվածի ակնաբուժական վիրահատությունների և լազերային միջամտությունների համար, ունենա բարձր արտադրողականություն ֆակոեմուլսիֆիկացիայի և վիտրեոմիայի ընթացքում: Այն պետք է հարմարեցված լինի կատարակտի և ցանցաթաղանթի վիրահատությունների համար՝ ապահովելով արդյունավետություն, անվտանգություն և ճշգրտություն: Համակարգը պետք է հագեցած լինի օգտատիրոջ համար մատչելի

					սենսորային էկրանով, որը պետք է ունենա ինտուիտիվ նավիգացիա, իրական ժամանակում տվյալների ցուցադրում վիրաբուժական պարամետրերի և կարգավորումների համար վիրաբույժի անհատականացված պրոֆիլների ստեղծման հնարավորություն, հիշողության համակարգ, որը կարող է պահպանել նախապես սահմանված վիրահատական ընթացակարգերը: Համակարգը պետք է համատեղելի լինի միանգամյա և բազմակի օգտագործման խողովակաշարերի հավաքածուների հետ: Համակարգը պետք է հնարավորություն տա ինտեգրվելու թվային վիրաբուժական հարթակների հետ, իրականացնելու իրական ժամանակի ներվիրահատական ճշգրտումներ ասպիրացիայի և հեղուկաբանության կառավարման համար, ունենա անվտանգության առաջադեմ գործառույթներ, ներառյալ խցանման սենսորներ և հեղուկի կայունացում: Համակարգի ֆակոեմուլսիֆիկացիոն բլոկն առնվազն պետք է ունենա
--	--	--	--	--	--

					ներակնային կարողությունը բարելավող Adaptive Fluidics տեխնոլոգիա, պետք է ապահովի ցածր էներգիայով ֆակոեմուլսիֆիկացիա, նվազեցնելով եղջերաթաղանթի էնդոթելի վնասվածքի ռիսկը, ուլտրաձայնային հզորության կարգավորում՝ ոսպնյակի հեռացման օպտիմալացման համար, կառուցելի ֆակո ռեֆրակտիվ անհատականացված վիրաբույժի նախընտրությունների համար և միկրո-ինցիզիոն կատարակտի վիրահատության (MICS) ընթացակարգ: Համակարգի վիրտեկտոմիայի բլոկն առնվազն պետք է ունենա ինտեգրված վիրտեոմիա մոդուլ՝ հետին հատվածի վիրահատությունների համար, բարձր արագության վիրտեոմիա կտրվածքների համար՝ կարողություն առնվազն 20,000 կտրվածք րոպեում, կրկնակի օդաճնշական շարժիչի տեխնոլոգիա՝ կտրելու ճշգրտությունը բարելավելու համար, ինտեգրված ներակնային լուսավորության համակարգ՝
--	--	--	--	--	--

					տարբեր լույսի աղբյուրների հետ համատեղելիությամբ, ակնթարթային հսկողություն վակուումի, ասպիրացիայի և կտրվածքների արագության նկատմամբ: Համակարգին ներկառուցված պետք է լինի լազեր՝ ցանցաթաղանթի և հետին հատվածի վիրահատությունների համար, որի հզորությունը՝ չպետք է պակաս լինի, քան 532 նմ (օպցիոնալ 810 նմ), իսկ էներգիայի կառավարման ճշգրտությունը պետք է լինի միկրովայրկյանային մակարդակով: Համակարգի տեխնիկական տվյալներին ներկայացվող պահանջներն են՝ 1. Եկրան՝ ներկառուցված, հպումային, առնվազն 19 դյույմ անկյունագծով, 2. Ֆակոէմուլսիֆիկացիա՝ հաճախականություն՝ առնվազն 28,5 կՀց, պուլսային ռեժիմի տիրույթ՝ 1-ից 250 իմպուլս վայրկյանում, Տողի առավելագույն լայնություն՝ առնվազն 130 միկրոն, շարժումը՝ երկայնական: 3. Իրիգացիա՝ Գրավիտացիոն և օդով, օդի պահանջվող ճնշումը՝ ոչ ավելի քան 100 մմՀց, Վակուումի տիրույթ՝
--	--	--	--	--	---

					առնվազն 0-700 մմHg: 4. Վիտրեկտոմիա՝ Կտրման դրույքաչափ՝ առնվազն 30-10,000 կտրում թույլտվում (հետին խցիկի վիրահատությունների հնարավորությամբ), ձեռքի գործիքներ՝ առնվազն 20G, 23G, 25G, 27G: 5. Ոտքի անջատիչ՝ ակադ. բազմաֆունկցիոնալ, երկակի գծային ռեժիմներ, զգայուն սեղմման աստիճանին: 6.
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Mega Brand LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 04-L-EL-0012F-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Технические характеристики молот 100-240 VAC, 50/60 Հg:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					Ինտեգրված պահուստային մարտկոց՝ արտակարգ իրավիճակների համար: 7. Ռուկայատկա (ինֆուզիոն համակարգ)՝ առնվազն 3 հատ: 8. Առնվազն 30 վիրահատության համար նախատեսված մեկանգամյա և բազմակի օգտագործման պարագաներ: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Սարքավորման մատակարարումը, տեղադրումը և բժշկական անձնակազմի ուսուցումն իրականացվում է մատակարարի միջոցներով՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից:

					Սարքավորումը պետք է ունենա առնվազն՝ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 սերտիֆիկատներ, ինչպես նաև CE Mark, կամ համարժեք FDA որակավորում:Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	--	--