

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 30                 | Balt Extrusion SAS    | Leo+                | Leo+    | Balt Extrusion SAS     | Ստերիլ, չներծծվող խողովակային սարք, որը սովորաբար նախատեսված է ներգանգային անևրիզմայի հիմքում կամ մայր զարկերակի մեջ իմպլանտացիայի համար (օրինակ՝ պարանոցի լայն անևրիզմա, որը գտնվում է բիֆուրկացիայի հիմքում)՝ ապահովելու էմբոլիկ նյութերի առաքում անևրիզմը լրացնելու համար, ապահովելով արյան մակարդում անևրիզմայի ներսում՝ դանդաղեցնելով արյան հոսքը անևրիզմայի ներսում և/կամ ապահովելով անևրիզմայի ներսում |

տեղադրված ուղեղային  
Էմբոլիզացիայի պարույրը: Սարքը  
պատրաստված է առանց ծածկույթի  
մետաղից [օրինակ՝ նիկել-տիտանի  
համաձուլվածքից (Nitinol)] և ինքն  
ընդլայնվում է իմպլանտացիայի  
վայր հասցնելուց և ազատվելուց  
հետո (օրինակ՝ հատուկ առաքման  
գործիքից): Կարող են ներառվել  
իմպլանտացիայի համար  
անհրաժեշտ միանգամյա  
օգտագործման իրեր: Ստենտը  
նախատեսված է լայն պարանոցի  
անևրիզմների վերականգնման և  
ներգանգային ստենոզների բուժման  
համար: Ստենտի կյուրը՝ նիտինոլ,  
կառուցվածքը՝ հյուսվածք: Ունի  
բարձր ճառագայթային  
կայունություն: Ստենտի ողջ  
երկարությամբ երկայնական  
ռադիոֆափանցիկ պլատինե թելերի  
առկայությունը 2 հատ է:  
Համատեղելի միկրոկատետերի  
նվազագույն ներքին տրամագիծը՝  
0,024, մինչև 90% լայնացման  
ժամանակ բազմակի  
վերադիրքավորման  
հնարավորություն: Ստենտի նոմինալ  
տրամագիծը 3,5-5,5, երկարությունը

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>12,0-75,0: Հավաքածուն ներառում է առաքման միկրոկաթետեր: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72F-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 30         |                        |               |       |                            |                            |