

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Urea | Urea | Urea | Mindray | <p>"Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 426 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները` Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորմը բացելուց հետո</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For InVitro Diagnostic only"</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | Urea | Urea | Urea | Mindray | "Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 426 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները` Ռեակտիվները 2-80C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ռեակտիվները 2-100C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For InVitro Diagnostic only"</p> |
|--|--|--|--|--|--|