

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                             |                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը         | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը                                                                 | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40                 | Gardnerella<br>Vaginalis-FL | Gardnerella<br>Vaginalis-FL | Gardnerella<br>Vaginalis-FL | Центральный науч-<br>но-исследовательс-<br>кий институт<br>эпидемиологии,<br>AmpliSens | "Ռեագենտների հավաքածու՝<br>Նախատեսված G. vaginalis -ի ԴՆԹ-ի՝<br>կլինկական նմուշներում<br>հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ-<br>մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է<br>առնվազն 110 նմուշների համար:<br>Հավաքածուն ադապտացված է<br>Rotor-Gene Q սարքի հետ<br>աշխատելու համար: Հավաքածուն<br>մատակարարելիս պետք է<br>տրամադրել Rotor-Gene սարքի<br>ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա<br>միջոցով արդյունքների<br>վերլուծության մանրամասն<br>հրահանգները: Հավաքի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սպեցիֆիկությունը՝ 100%:</p> <p>Հավաքածուն պետք է պարունակի<br/> նուկլեինաթթուների անջատման<br/> արդյունավետության ստուգիչ և<br/> ՊՇՌ անցկացման<br/> արդյունավետության ստուգիչ:</p> <p>Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը<br/> պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ<br/> լցված 0.2 մլ ծավալով ՊՇՌ<br/> փորձանոթների մեջ: Մատակարարը<br/> պետք է իրականացնի թեստի<br/> ծրագրավորումը, անձնակազմի<br/> ուսուցումը՝ թեստի անցկացման<br/> բոլոր փուլերի և արդյունքների<br/> վերլուծության համար: "</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXUՊԶԲ-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар       |                          |                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование   | товарный знак            | марка                    | наименование производителя                                             | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40         | Gardnerella Vaginalis-FL | Gardnerella Vaginalis-FL | Gardnerella Vaginalis-FL | Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, AmpliSens | "Ռեագենտների հավաքածու՝ Նախատեսված G. vaginalis -ի ԴՆԹ-ի՝ կլինկական նմուշներում հայտնաբերման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է առնվազն 110 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene Q սարքի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել Rotor-Gene սարքի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սպեցիֆիկությունը՝ 100%:</p> <p>Հավաքածուն պետք է պարունակի<br/> նուկլեինաթթուների անջատման<br/> արդյունավետության ստուգիչ և<br/> ՊՇՌ անցկացման<br/> արդյունավետության ստուգիչ:</p> <p>Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը<br/> պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ<br/> լցված 0.2 մլ ծավալով ՊՇՌ<br/> փորձանոթների մեջ: Մատակարարը<br/> պետք է իրականացնի թեստի<br/> ծրագրավորումը, անձնակազմի<br/> ուսուցումը՝ թեստի անցկացման<br/> բոլոր փուլերի և արդյունքների<br/> վերլուծության համար: "</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|