

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Վակումային փորձանոթ EDTA պարունակող	Վակումային փորձանոթ EDTA պարունակող	Վակումային փորձանոթ EDTA պարունակող	Վակումային փորձանոթ EDTA պարունակող	Վակումային փորձանոթ EDTA պարունակող 2 մլ:Ֆորմատ`100հատ/տուփ: Պահպանման պայմանները`4-30°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Գամմա կամ բետա-ճառագայթային ստերիլիզացիայի սերտիֆիկացում: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը, պատվիրման կողը, ստերիլության նշանը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը: ForInVitroDiagnosticonly: Հանձնելու

					պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2-ի պահպանում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղաբեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UCL-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Вакуумная пробирка, содержащая ЭДТА	Вакуумная пробирка, содержащая ЭДТА	Вакуумная пробирка, содержащая ЭДТА	Вакуумная пробирка, содержащая ЭДТА	«Вакуумная пробирка, содержащая ЭДТА 2 мл. Формат: 100 шт./коробка. Условия хранения: 4-30°С. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Сертификация стерилизации гамма- или бета-излучением. На пробирке должна быть маркировка объема пробы и пронумерованный объем, код заказа, символ стерильности, номер партии. Срок годности: Только для InVitroDiagnosticon: 1/2 срока годности на момент доставки.