

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղաքրո ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                          |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                       | ապրանքային<br>նշանը                         | մակնիշը                                     | արտադրողի<br>անվանումը                      | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 99                 | Ավտոմատ<br>դոզատոր<br>պիպետներ<br>10-100մկլ | Ավտոմատ<br>դոզատոր<br>պիպետներ<br>10-100մկլ | Ավտոմատ<br>դոզատոր<br>պիպետներ<br>10-100մկլ | Ավտոմատ<br>դոզատոր<br>պիպետներ<br>10-100մկլ | Ավտոմատ դոզատոր պիպետներ<br>10-100մկլ:Նախատեսված է ՊՇՌ<br>լաբորատորիայում հեղուկի<br>ավտոմատ չափման<br>աշխատանքների համար:Ավտոմատ<br>պիպետները պետք է լինեն<br>ամբողջությամբ ավտոկլավացվող`<br>121°C ջերմաստիճանում: Մեկ<br>ձեռքով ծավալը կարգավորելու<br>հնարավորություն: Ծայրակալները<br>հեռացնող համակարգի<br>երկարության կարգավորման<br>հնարավորություն: Հեշտությամբ<br>ստուգաչափման հնարավորություն:<br>Հարվածների և |

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն: Փոփոխական ծավալով: Բաժանումը՝ 0.1 մկ: Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<\pm 1,5\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<\pm 1,2\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<\pm 0,8\%$ : Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<1,0\%$ ; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<0,6\%$ ; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան  $<0.2\%$ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75%, 1-ից 2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | սերտիֆիկատների առկայություն:<br>Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Убщщщ УЩС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-EUQUUQF-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                         |  |  |  |   |
|------------|--|--|--|--|---|
|            | фирменное наименование                     | товарный знак                              | марка                                      | наименование производителя                 | технические характеристики  |
| 99         | Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл | Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл | Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл | Пипетки-дозаторы автоматические 10-100 мкл | Автоматические пипетки- дозаторы 10-100 мкл.Предназначены для автоматического измерения жидкостей в ПЦР- лаборатории.Автоматические пипетки должны полностью автоклавироваться при температуре 121°С. Возможность регулировки одной рукой. Возможность регулировки длины системы снятия концов. Легко калибруется. Устойчивость к ударам и ультрафиолету. Возможность вращения модуля измерения объема на 360°. |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Переменный объем: разделение 0,1 мкл. Погрешность (процент ошибки) при минимальном объеме - не более <math>&lt;\pm 1,5\%</math>; при среднем объеме - не более <math>&lt;\pm 1,2\%</math>, при максимальном объеме - не более <math>&lt;\pm 0,8\%</math>. Неточность (коэффициент отклонения) при минимальном объеме не более <math>&lt;1,0\%</math>; при среднем объеме - не более <math>&lt;0,6\%</math>; при максимальной громкости не более <math>&lt;0,2\%</math>. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75 % для продукции со сроком годности до 1 года, 2/3 для продукции со сроком годности от 1 до 2 лет и не менее 15 месяцев для продукции с сроком годности более 2 лет. Наличие торговой марки. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Гарантия: минимум 1 год.</p> |
|--|--|--|--|---|