

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2025-11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Bil D+T | Bil D+T | Delta Ltd | <p>Բիլիռուբին Bilirubin Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2:(100մլ) R3:(2.5մլ) , որը նախատեսված է 100 թեսթի համար: Ընդհանուր —ուղղակի BIL DIRECT և BIL Total հավասար քանակությամբ բիլիռուբինի որոշման :: Հավաքածու / - Մեթոդ կոլորիմետրիկ ` DSA : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ,պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը Բիլիռուբին հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO9001:2008 IVD |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | Bil D+T | Bil D+T | Delta Ltd | <p>Բիլիռուբին Bilirubin Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2:(100մլ) R3:(2.5մլ) , որը նախատեսված է 100 թեսթի համար: Ընդհանուր —ուղղակի BIL DIRECT և BIL Total հավասար քանակությամբ բիլիռուբինի որոշման :: Հավաքածու / - Մեթոդ կոլորիմետրիկ ` DSA : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ,պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը Բիլիռուբին հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO9001:2008 IVD |
|--|--|--|--|---|