

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 72 | Iron | MR global (hk) limited | "Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Mindray BS-200, BS-120ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 200 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա Mindray BS-200, BS-120ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only" |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EMXUQ2P-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 72 | Iron | MR global (hk) limited | "Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Mindray BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ` 200 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա Mindray BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only" |