ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/72 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Welsey	W-T2008-B HD	հեմոդիալիզի սարք	Welsey	Հեմոդիալիզի սարքավորումն օգտագործվում է բժշկական բաժանմունքներում երիկամային քրոնիկ անբավարարությամբ չափահաս հիվանդների բուժման համար: Հեմոդիալիզի սարքավորումը կիրառելի է երիկամային քրոնիկ անբավարարության և արյան մաքրման համար: Ունի առնվազն 15՛՛ կամ 40սմ անկյունագծով սենսորային էկրան, որի վրա արտացոլվում է բոլոր տվյալներ: Արյան պոմպ, պահեստային պոմպ (սպասման համար և կարող է

						օգտագործվել նաև հեմոպերֆուզիայի համար)։ Հեպարինի պոմպ։ Հիդրավլիկ խցիկ (Հավասարակշռության խցիկ + UF պոմպ)։ A/B Կերամիկական համամասնության պոմպ, բարձր ճշգրտություն, կոռոզիայից պաշտպանված։ Ունի լեդ ինդիկացիոն լույսեր երեք գույնով ՝ կանաչ-դիալիզի նորմալ պրոցես , նարնջագույն՝զգուշացնող նշան և կարմիր գունով արտահայտում է պրոցեսի ընդհատում։ Ամբողջ պրոցեսի ընթացքում բացի գունային ազդանշանից ուղեկցվում է նաև ձայնային ազդանշան։ Ահազանգ, երբ էրիթրոցիտների հատուկ ծավալը 0,32±0,02 է կամ արյան արտահոսքի ծավալը հավասար է կամ ավելի քան 1 մլ մեկ լիտր դիալիզատի համար։ NA-ի պարամետրի ընտրությունը կարելի է կատարել տասնորդական նիշի ճշտությամբ, ունի ավտոնոմ սնուցման համար մարտկոց DC 24V-2.6AH և կարող է աշխատել առնվազն 30րոպե։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC220V, 50Hz /

						60Hz, 10A: Մուտքի հզորությունը՝ 1500 Վտ ±5%: Մակերեսը՝ 500*520 մմ ±5%: Սարքը միանում է շատ արագ և ինքնաստուգման պրոցեսը առավելագույնը 30վրկ և 2-3ր-ի ընթացքում պատրաստ է լինում աշխատանքի: Աշխատանքի ընթացքում զարկերակային հոսքագծում արյան հոսքի դանդաղեցման դեպքում սարքը հնարավորություն է տալիս զարկերակային հոսքագծի ճնշման չափերը տվյալների միջակայքի կարգավորման միջոցով շարունակել հեմոդիալիզի պրոցեսը: Ջրի մուտքային ճնշում՝ 0,15 ՄՊա ~ 0,6 ՄՊա 21.75 P.S.I. 87 P.S.I.: Ջրի մուտքային ջերմաստիճանը՝ 10℃-30℃: Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը 10C ~ 30C 70% ոչ ավելի հարաբերական խոնավության դեպքում: Դիալիզատորի ջերմաստիճանը՝ միջակայքը 34.0℃-39.0℃, դիալիզի հոսքը՝ առնվազն 300~800 մլ/րոպե, դիալիզի կոնցենտրացիան՝ 12,1 մվ/սմ ~ 16,0 մս/սմ, ±0,1 մս/սմ, UF արագություն Հոսքի միջակայք՝ 0 մլ/ժ ~ 4000 մլ/ժ, Բանաձևի

						հարաբերակցությունը՝ 1 մլ, Ճշգրտություն՝ ±30 մլ/ժ: Ունի ճնշումների կարգավորման լայն միջակայք՝ օր. վեննոզ ճնշումը -180 ± 600 mmHg, TMP նույնպես -180 - 600 mmHg: Արյան արտահոսքի ցուցանիշը ≤0.35 ml/min(հեմոտոկրիտը 32%): Օդի պղպջակի դետեկտորը 50 µl, ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթը 33℃-40℃: Ահազանգ, երբ մեկ օդային պղպջակների ծավալը 200 մկլ-ից ավելի է 200 մլ/րոպե արյան հոսքի դեպքում/ Պղպջակների հայտնաբերումը ուլտրաձայնային մեթոդով կամ համարժեք: Հաղորդականության հսկողության միջակայքը առնվազն 12.5ms/cm-15.5ms/cm: Պահեստային պոմպի հոսքի միջակայք առնվազն՝ 30 մլ/րոպե ~ 600 մլ/րոպե (տրամագիծը՝ Φ8 մմ): Բանաձևի հարաբերակցությունը՝ 1 մլ: Ճշգրտություն՝ սխալի միջակայքը ±10մլ կամ ընթերցման 10%: Հեպարինի պոմպ Ներարկիչի չափսը՝ 20, 30, 50 մլ: Հոսքի միջակայք՝ 0 մլ/ժ ~ 10 մլ/ժ: Բանաձևի հարաբերակցությունը՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՐԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Welsey	W-T2008-B HD	հեմոդիալիզի սարք	Welsey	Оборудование для гемодиализа используется в медицинских отделениях для лечения взрослых пациентов с хронической почечной недостаточностью. Оборудование для гемодиализа применяется при хронической почечной недостаточности и очистке крови. Он оснащен сенсорным экраном с диагональю не менее 15" или 40 см, на котором отображаются все данные. Кровяной насос, резервный насос (для резерва, также может использоваться для гемоперфузии). Гепариновый насос.

0,1 մլ: Ճշգրտություն՝ ±5%: Ախտահանումը տեղի է ունենում Տաք կալցիֆիկացումով՝ մոտ 20 րոպե 30~60℃, 500ml/min. Քիմիական ախտահանում՝ մոտ 45 րոպե 30~40℃, 500ml/min. Ջերմային ախտահանում՝ մոտ 60 րոպե »85℃, 300ml/min. Պահպանման ջերմաստիճանը պետք է լինի 5℃-40℃ միջակայքում, 80%-ից ոչ ավելի հարաբերական խոնավության դեպքում: Արտահոսքի հայտնաբերում. Ֆոտոէլեկտրական: Հարթող մասնակիցն ունի համապատասխան որակավորմամբ մասնագետների սարքավորման պատշաճ տեղադրման և աշխատեցման կապակցով ինչպես նաև երաշխիքային ևետերաշխիքային սպասարկման իրականացման համար: Ինժեներական սպասարկման և սարքավորման անկանխատեսելի խափանումներին արագ արձագանքելու համար հարթող մասնակիցը ունի մշտական հասանելի որակավորված ինժեներ և պատվիրատուի կանչից հետո առավելագույնը 1 ժամվա

					Гидравлическая камера (балансировочная камера + насос трафильтрации). Керамический дозирующий насос A/B, высокая точность, устойчивость к коррозии. Имеет светодиодные индикаторы трех цветов: зеленый - нормальный процесс диализа, оранжевый - предупреждающий знак и красный цвет указывает на прерывание процесса. В течение всего процесса, помимо цветового сигнала, также сопровождается звуковым сигналом. Сигнализация при достижении удельного объема эритроцитов 0,32±0,02 или объеме оттока крови, равном или больше 1 мл на литр диализата. Выбор параметра NA может быть сделан с точностью до одного десятичного знака, имеет аккумулятор для автономного питания DC 24V-2.6AH и может работать не менее 30 минут. Питание AC220V, 50Hz/60Hz, 10A. Входная мощность: 1500 Вт ±5%. Площадь: 500*520 мм ±5%. Прибор включается очень быстро, процесс самотестирования занимает максимум 30 секунд,

						готовность к работе через 2-3 минуты. В случае замедления кровотока в артериальной магистрали во время работы прибор позволяет продолжить процесс гемодиализа, отрегулировав показания давления артериальной магистрали в пределах диапазона данных. Давление воды на входе: 0,15 МПа ~ 0,6 МПа 21,75 P.S.I. 87 фунтов на кв. дюйм Температура воды на входе: 10℃-30℃. Температура рабочей среды 10С ~ 30С при относительной влажности не более 70%. Температура диализатора: диапазон 34,0℃-39,0℃, поток диализа: не менее 300~800 мл/мин, концентрация диализа: 12,1 мВ/см ~ 16,0 мВ/см, ±0,1 мВ/см, диапазон скорости ультрафильтрации: 0 мл/ч ~ 4000 мл/ч, соотношение формулы: 1 мл, точность: ±30 мл/ч. Имеет широкий диапазон регулирования давления, например: Венозное давление -180 ± 600 мм рт.ст., ТМП также -180 - 600 мм рт.ст. Скорость кровопотери ≤0,35 мл/мин (гематокрит 32%).

						Детектор пузырьков воздуха 50 мкл, диапазон регулировки температуры 33℃-40℃. Сигнализация, когда объем одного пузырька воздуха превышает 200 мкл при кровотоке 200 мл/мин. Обнаружение пузырьков ультразвуковым методом или эквивалентным. Диапазон управления связью составляет не менее 12,5 мс/см-15,5 мс/см. Диапазон расхода резервного насоса составляет не менее 30 мл/мин ~ 600 мл/мин (диаметр: Ф8 мм). Соотношение формулы — 1 мл. Точность: погрешность ±10 мл или 10% от показаний. Гепариновый насос Размер шприца: 20, 30, 50 мл. Диапазон расхода: 0 мл/ч ~ 10 мл/ч. Соотношение формулы составляет 0,1 мл. Точность: ±5%. Проводится дезинфекция. При горячей прокалке, около 20 минут при температуре 30~60℃, 500 мл/мин. Химическая дезинфекция: около 45 минут при температуре 30~40℃, 500 мл/мин. Термическая дезинфекция: около 60 минут »85℃, 300 мл/мин. Температура

					хранения должна быть в пределах 5℃-40℃, относительная влажность воздуха не более 80%. Обнаружение утечки крови. Фотохромный. Участник-победитель имеет в своем составе специалистов(а), имеющих соответствующую квалификацию для правильного монтажа и эксплуатации оборудования, а также для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания. Для технического обслуживания и быстрого реагирования на непредвиденные сбои оборудования победитель тендера имеет постоянно доступного квалифицированного инженера, а визит инженера происходит в течение максимум 1 часа после звонка клиента. Гарантия на оборудование составляет минимум 24 месяца с даты установки. Квалифицированный персонал проводит обучение эксплуатационного персонала правилам эксплуатации оборудования.