

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-44/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ախտահանման սարքեր	ախտահանման սարքեր	ախտահանման սարքեր	Զորացնող և ախտահանող պահարան, աշխատող մակերեսը 450x350x450մմ, ջերմային միջակայքը +10~+250C0, տատանողական ջերմաստիճանը ±1 C0, հոսանքի աղբյուրը 220Վ, 50 Հց, սարքի աշխատանքային հզորությունը 1200Կտ, ծավալը ոչ պակաս 50լ Սարքը պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը,

				ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսինտերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ECXQ72P-44/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	устройства для дезинфекции	устройства для дезинфекции	устройства для дезинфекции	Шкаф сушильно-дезинфекционный, рабочая поверхность 450x350x450мм, температурный диапазон +10~+250C0, колебания температуры ± 1 C0, источник питания 220В, 50Гц, рабочая мощность аппарата 1200Вт, объем не менее 50л. Устройство должно иметь все необходимые аксессуары для полноценной работы. Устройство должно быть новым, неиспользованным, в закрытой заводской упаковке, с руководством пользователя на армянском или русском языке. Поставщик обязан обеспечить безопасную транспортировку и монтаж оборудования. Приведение в рабочий режим, пуск должен производиться на территории медицинского центра в присутствии представителя заказчика. Монтаж, обучение и техническое обслуживание в течение гарантийного

				срока сертифицированным специалистом. Гарантия не менее 12 месяцев. Сертификаты качества (наличие). ISO13485 или эквивалент.
--	--	--	--	--