

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
77	ԱԲԱԿՏԵՐԻԼ	ԱԲԱԿՏԵՐԻԼ	ԱԲԱԿՏԵՐԻԼ	Ռուդեզ	<p>Հակաբակտերիալ հեղուկ ախտահանող միջոց հանդիսացող երկկոմպոնենտ խտանյութ է, պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 3 տարի, աշխատանքային պատրաստի լուծույթի պիտանելիությունը՝ ոչ պակաս 12 օր, նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար: Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի Ն,Ն-բիս (3-ամինապրոպիլ) դոդեցիլամին՝ ոչ պակաս 3 %, ՉԱՄ՝ ոչ պակաս 22 % : 1 լիտր խտանյութի համար միջոցը պետք է ունենա 25 հատ թեստավորման</p>

շերտաձողիկներ՝ աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ստուգման համար: Միջոցը պետք է օժտված լինի հակամանրեային ակտիվությամբ տարբեր գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ, այդ թվում տուբերկուլոզի և ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչների, Կանդիդա սնկերի, վիրուսների՝ այդ թվում պոլիոմիելիտի, հեպատիտների, մարդու իմունային անբավարարության վարակի վիրուսի ( ՄԻԱՎ), ադենովիրուսների նկատմամբ, պետք է օժտված լինի նաև լվացող հատկությամբ: Միջոցը պետք է նախատեսված լինի կանխարգելիչ, ընթացիկ, եզրափակիչ ախտահանման, հիմնական մաքրում իրականացնելու համար՝ մանրեային վարակների ժամանակ, ինչպես նաև բոլոր տեսակների մակերեսների լվացման և ախտահանման համար՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հիմնարկներում, դեղագործական, դեղատնային և այլ

կազմակերպություններում,  
գիտական, փորձագիտական  
լաբորատորիաներում: Միջոցի  
կիրառումից հետո միջոցի  
աշխատանքային լուծույթը  
մակերեսների վրայից լվանալու  
անհրաժեշտություն չպետք է լինի:  
Միջոցը պետք է նախատեսված լինի  
բժշկական նշանակության  
արտադրատեսակների (ներառյալ  
վիրաբուժական և  
ատամնաբուժական, այդ թվում՝  
պտտվող բժշկական նշանակության  
իրեր, ճկուն և կոշտ էնդոսկոպներ)  
ախտահանման և  
նախամանրեագերծման մշակման  
համար, այդ թվում՝ համակցված մեկ  
գործընթացում, բժշկական  
օգնություն և սպասարկում  
իրականացնող  
կազմակերպություններում , այդ  
թվում՝ մանկական և  
նեոնատոլոգիական  
բաժանմունքներում, վարակիչ  
հիվանդությունների օջախներում  
սենքերի, կոշտ գույքի,  
կահավորանքի պարագաների  
մակերեսների, սարքերի և  
սարքավորումների, սանիտարա-

				<p>տեխնիկական սարքավորումների մակերեսների, սպիտակեղենի, սպասքի (այդ թվում՝ լաբորատոր), հիվանդի խնամքի պարագաների, սանիտարական փոխադրամիջոցի ախտահանման և լվացման համար, մանրէային ծագումնաբանությամբ վարակների ժամանակ ախտահանման համար: Միջոցը պետք է ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված կիրառման մեթոդական հրահանգ: Միջոցի կիրառումը՝ համաձայն մեթոդական հրահանգի: Մատակարարման պահին ապրանքի պիտանիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: Ուշադրություն՝ չափի միավոր գրված &lt;&lt;լիտր&gt;&gt;-ը հասկանալ որպես 1 լիտր խտանյութ + 25 շերտածողիկ:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUR4-ECUQ2F-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
77					