

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Lotus	TI Medical Private Limited	5 33141121 Պոլիպրոպիլեն կարելանյութ կտրող ասեղով 3.0 N12 Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 2, պայմանական չափը 3/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնի շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 302 սերիայի

		համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները կտրող, կորությունը $1/2$, 26 մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,58մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արժարժում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն LuxSutures, Bbroun, Resorba, Lotus ապրանքանիշերը:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թղվաւի Խաչաւորյալն ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	Lotus	TI Medical Private Limited	Нить должна быть окрашена в контрастный цвет, обеспечивающий максимальную видимость раны. метрический размер 2, условный размер 3/0. длина нити 90 см $\pm$ 5 см. игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрыта слоем силикона, который не впитывается. способствует уменьшению трения между иглой и тканями, облегчая прохождение иглы через ткани. игла должна быть изготовлена из высококачественного медицинского нержавеющей сплава, должна быть более устойчива к необратимой деформации чем игла из обычного нержавеющей металла, что позволяет не менять иглу во время операции, повышая контроль над иглой и уменьшая травматизацию тканей. качество сплава не должно уступать качеству сплава серии 302 по классификации AISI. Игла должна иметь такую структуру (продольные канавки в части захвата иглой), благодаря которой она надежно фиксируется в игле. режущие иглы, кривизна 1/2, 26 мм $\pm$ 1 мм в длину, диаметр 0,58 мм: Упаковка должна обеспечивать

			доступ к внутренней вставке одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. внутренняя вставка из стерильного шва должна содержать маркировку, на которой указаны название шва, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя, код Матрицы, условный и метрический размер нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, тип иглы, кривизна, количество игл. срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, маркировка стерильности и метода стерилизации: В каждой упаковке должно быть руководство по медицинскому применению. продукт должен иметь сертификат качества в обязательном порядке. на момент сдачи продукт должен иметь остаточный срок годности не менее 50%. На момент сдачи товар должен иметь остаточный срок годности не менее 50%. Для данной дозы приемлемы только бренды Luxsutures, Bbroun, Resorba, Lotus.
--	--	--	--