

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	COAG CONTROL N + P	COAG CONTROL N + P	COAG CONTROL N + P	Diagnostica Stago	<p>STart Max վերլուծիչին համապատասխանող ստուգիչ պլազմա /Coag Control N+P/:</p> <p>Ֆորմատ`12x2x1մլ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C</p> <p>ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics:</p> <p>Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր` ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene):</p>

				<p>Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: Համապատասխան վերլուծիչը տրամադրվում և տեղադրվում է մատակարարի կողմից առնվազն 12 ամիս ժամկետով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 196
ЕЦДЦПР-2025/Ц-77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					