

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R ազդանյութ նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմոտոլոգիական անալիզատորի համար, 1լ տարրայով: Էրիտրոցիտների ստրոմատոլիզացման ռեագենտ Պարունակում է` $\leq 2,5\%$ չօրրոդական ամոնիումի աղեր $\leq 0.05\%$ pH բուֆեր $\leq 0.04\%$ ցիանիդ աղեր $\geq 97.51\%$ ջրային լուծույթ: Մատակարարվող նյութի մնացորդային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս ընդհանուր ժամկետի 50%-ից: Պիտանելիության ժամկետ` մնացորդային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս ընդհանուր ժամկետի 50%-ից: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Убтщрпн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000-ЕУДУПДР-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Реактив гемолитический раствор 501-161P, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus, флакон 1л. Реагент для стромализации эритроцитов Содержит: $\leq 2,5\%$ четвертичных аммониевых солей $\leq 0,05\%$ pH-буфера $\leq 0,04\%$ цианидных солей $\geq 97,51\%$ водный раствор. Срок годности: Оставшийся срок годности не должен быть менее 50% от общего срока годности. Доставка и разгрузка в требуемом месте силами поставщика.