

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R ազդանյութ նախատեսված HTI MicroCC-20Plus ավտոմատ հեմոտոլոգիական անալիզատորի համար, 1լ տարրայով: Պարունակում է բուֆերներ, աղեր և հակամանրէային նյութեր, որոնք կանխում են բակտերիաների կամ բորբոսների առաջացումը: Պարունակում է $\leq 0,5\%$ աղեր $\leq 1\%$ պրոտեոլիտիկ ֆերմենտ $\leq 0.25\%$ հակամանրէային նյութեր $\leq 0.15\%$ pH բուֆեր $\geq 98.1\%$ ջրային լուծույթ: Մատակարարվող նյութի մնացորդային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս ընդհանուր ժամկետի 50%-ից: Պիտանելիության ժամկետ՝ մնացորդային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս ընդհանուր ժամկետի 50%-ից: Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Убтщрпн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000-ЕУДПДР-25/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Чистящий раствор (Энзиматик) Реагент 501-162Р, предназначенный для автоматического гематологического анализатора HTI MicroCC-20Plus, флакон 1л. Содержит буферы, соли и противомикробные вещества для предотвращения роста бактерий и плесени. Содержит: $\leq 0,5\%$ соли $\leq 1\%$ протеолитического фермента $\leq 0,25\%$ противомикробных препаратов $\leq 0,15\%$ рН-буфера $\geq 98,1\%$ водный раствор. Срок годности: Оставшийся срок годности не должен быть менее 50% от общего срока годности. Доставка и разгрузка в требуемом месте силами поставщика.