

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բի Բրաուն	Հեմոդիալիզի սարքավորում DIALOG INCL. BIC (710200C)	Բի Բրաուն	Բի Բրաուն	Նկարագրություն Արժեքներ Դիալիզատի ճնշման տիրույթները +400 մմ.սնդ.ս -ից մինչև -450 մմ.սնդ.ս Չափման թույլատրելի սխալը + / - 10 մմ.սնդ.ս Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Արյան արտահոսքի ցուցիչ Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն Չափման թույլատրելի սխալը 10% Ահագանգի սահմանները մեծ 0,35 մլ/ր արյուն HCT 25% (AAMI) Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով

					Ուլտրաֆիլտրացիա 1.Ծավալը դեկավարվում է բալանսավորման խցիկի կողմից ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա (Bergstrom) Աշխատանքային սահմանները 0-3,000 մլ/ժ Ճշտությունը + / - 0,2 մլ/խցիկի ցիկլ Պաշտպանական համակարգ Առաջադրվածից 200 մլ ավելիի կամ առաջադրված հաճախ.-ից 10% -ով գերազանցելու դեպքում Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները 33-40 ° C Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները + 0,5 ° C ից -1,5 ° C Սահմանները + / - C (առաջադրված արժեքի նկատմամբ) Մաքսիմալ ջերմաստ. պաշտպանություն 41 ° C Պաշտպանական համակարգ Ջերմաստճանային տվիչ Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Հաղորդականություն Դեկավարվող հաղորդականություն Աշխատանքային սահմանները
--	--	--	--	--	--

					Բիկարբոնատի հաղ. 2-4 մՍ/սմ, 4-7 մՍ/սմ Ընդհանուր հաղ. 12,5-16,0 մՍ/սմ Թույլատրելի շեղումները + / - 0,2 մՍ/սմ Զերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25 ° C) Պաշտպանական համակարգ չետևում է երկրորդ հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով Սահմանները + / - 4% (առաջադրված արժեքի նկատմամբ) Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում Ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով Դիալիզատի Հոսք (DF) 300-800 մլ/ր DF Թույլատրելի շեղումները + / - 5%, 300-800 մլ/ր դեպքում Տրանսմեմբրանային ճնշում (TMP) Սահմանները (մաքս. TMP) 300-700 մմ.սնդ.ս Ահազանգի բացարձակ սահմանները - 100 մմ.սնդ.ս Սահմանների պատուհան կարգավորելի (2%-99%) Թույլատրելի շեղումները Հաշվվում է PDA և PV միջոցով Ապարատի դեգազացիա Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով Թույլատրելի շեղումները +
--	--	--	--	--	---

/ - 50 մմ.սնդ.ս Արյան Պոմպ 2 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ կանգնման համակարգով. 1.Երբ դուռը բացվում է, 2.Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար Պոմպի հաճախությունը 50-600 մլ/ր (8/12մմ) 50-400 մլ/ր (7/10 մմ) կարգավորելի է 10 մլ քայլով Աշխատանքային ճնշման սահմանները Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ.սնդ.ս Ելնող ճնշումը 0-1725 մմ.սնդ.ս Հեպարինի պոմպ Ներարկիչի պոմպ 10-30մլ Ներարկիչների համար Պոմպի հաճախությունը 0.1-10մլ/ժ կամ 0.1 մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս: 600 մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները փոքր + / - 10% Ճնշման սահմանները 0 to +480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա Չգայնությունը Օդի փուչիկներ սկսած մեծ 50մկրլ, Սահմանները երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած մեծ 400մլ/ր SAD հոսք Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD հոսք
--

					Պաշտպանական համակարգ Ուտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում Արյան Տվիչ SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա հողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					
предлагаемого товара					

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ELXU72P-45/25 ниже представляет
 полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					