

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	Biotronik	Enticos 3VR	Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կար դիովերտեր- դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով	Biotronik	41 33141211/635 Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիոկերտեր-դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիոկերտեր- դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ծառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 8վրկ/11,8վրկ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիոկերտիայի էներգիան ՝ 0,4

					-35 Զ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI; VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS : Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S`1 հատ ,</p> <p>ինտրոդյուսեր LI plus ` 1 հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ Ֆիկսացիայով: T`միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիոդերտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով: Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա) Չարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա) Չարկերակի լայնությունը՝ 0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածի հաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա) Հիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm
--	--	--	--	--	--

					(հարվածի հաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis) մակարդակը՝ OFF, -5...(-5)...-90 ppm (բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածի հաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles (բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտական ման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ (Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	--

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բերթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41	Biotronik	Enticos 3VR	Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կար դիովերտեր- դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով	Biotronik	41 33141211/635 Հավաքացու Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով Իմպլանտացվող միախորոչանի կարդիովերտեր- դեֆիբրիլատոր իր պարագաներով : Ինքնակառավարվող, IRM համատեղելի: Կադապարը՝ բիոհամատեղելի տիտան: Օժտված է, ATP "painfree" ֆունքցիայով: Կոնդենսատորի լիցքավորման տևողությունը ծառայության սկզբում/վերջում (35Ձ)՝ 8վրկ/11,8վրկ: Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4

					-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ VVI; VVIR; V00; OFF 7 series: VVI-CLS : Հավաքածուն իր մեջ ներառում է ICD ուղղորդիչ Plexa S`1հատ ,</p> <p>ինտրոդյուսեր LI plus ` 1հատ: Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ Ֆիկսացիայով: T`միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարքի կարդիոներտեր համալրված է հակատախիկարդիկ թերապիա անցկացնելու համար նախատեսված բոլոր հիմնական առանձնահատկություններով: Խթանման ռեժիմը՝ VVIR, VVI, OFF (բրադիկարդիա), WI(հարվածի հաղորդում), V00(տախիկարդիա) Չարկերակի ամպլիտուդը՝ 0.2...(0.1)...6.2, 7.5 V(բրադիկարդիա), 7.5 V (հարվածի հաղորդում), 7.5 V (տախիկարդիա) Չարկերակի լայնությունը՝0.4; 0.5; 0.7; 1.0; 1.2; 1.5 ms(բրադիկարդիա), 1.5 ms (հարվածի հաղորդում), 1.5 ms (տախիկարդիա) Հիմնական ցուցանիշը՝ 30...(5)...100...(10)...160 ppm(բրադիկարդիա), 30...(5)...100...(10)...160 ppm
--	--	--	--	--	--

					(հարվածի հաղորդում) Հիստերեզիսի (hysteresis) մակարդակը՝ OFF, -5...(-5)...-90 ppm (բրադիկարդիա), OFF, -5...(-5)...-65 ppm (հարվածի հաղորդում) Կրկնվող Հիստերեզիս (hysteresis) OFF, 1... (1)...15 cycles (բրադիկարդիա) պարունակում է 1 հատ պտուտական ման ինտրադյուսեր, 1 հատ էլեկտրոդ (Single Coil կամ Dual Coil) Անհրաժեշտ է սարքի համապատասխան ծրագրավորիչ, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: Այս սարքերը մատակարարվում են մեկ առ մեկ միայն պահանջարքի դեպքում: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության
--	--	--	--	--	--

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն: հատ 4 ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 7 Համաձայն պատվերի Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում:
--	--	--	--	--	--