

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անիոս XL3(Անիոս DD1)	Անիոս XL3(Անիոս DD1)	Անիոս XL3(Անիոս DD1)	Անիոս	"Բաղադրությունը- իրենից Ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող սյուլթեր` պարունակում է N,N- դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր` ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ սյուլթեր), Ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք

Է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակամակային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը

մինչև 5-30 րոպեում (ինչը
հաստատված լինի ՀՀ
Առողջապահության
Նախարարության կողմից
հաստատված մեթոդական
հրահանգներով), ինչպես նաև
օժտված լինի ակտիվությամբ
հատուկ վտանգավոր վարակների
(ժանտախտի, խոլերայի,
տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի)
հարուցիչների նկատմամբ: :
Աշխատանքային լուծույթի
պատրաստման համար պահանջվող
ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ
պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել
քան 25C-ը: Աշխատանքային
լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10
օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված
բազմակի օգտագործման համար:
Մատակարարման պահին
խտանյութի ժամկետի 1/2-ի
առկայությունն Ախտահանիչ նյութի
pH - 7,8-8,8:Վերջնական
օգտագործման համար ստացվող
ախտահանիչ նյութի
աշխատանքային լուծույթի արժեքը
ստանալու համար, հաշվարկները
կատարվելու են համաձայն ՀՀ
Առողջապահության

				<p>Նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ Նյուլթի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:</p> <p>"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БЦДЦ72Р-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					