

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մ.Լ.Ն Ֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1) Ջի Մեյթ 2) Ջի Մեյթ 3) Քեյր Սենս 4) Քեյր Սենս Հ 5) Քեյր Սենս Ս 6) Քեյր Սենս Պռո	1) Ջի Մեյթ 2) Ջի Մեյթ 3) Քեյր Սենս 4) Քեյր Սենս Հ 5) Քեյր Սենս Ս 6) Քեյր Սենս Պռո	1)Ֆայլոսիս, Հարավային Կորեա 2) Ջի Բի Լայֆքեյր, Հարավային Կորեա 3) Այ Սենս , Հարավային Կորեա 4)Այ Սենս, Հարավային Կորեա 5)Այ Սենս, Հարավային Կորեա 6) Այ Սենս, Հարավային Կորեա	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը պետք լինի գործարանային տուփով, բայց ոչ ավել քան 100 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չպետք է փոխվի անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարքեր` ( Ջի Մեյթ կամ Ակկու-Չեկ Ինստանտ սարքերի դեպքում` 700 հատ քանակով, իսկ այլ սարքերի դեպքում 1700 հատ քանակով): Չափման արագություն` ոչ ավել քան 6 վրկ: Չափման միջակայքը` առնվազն 1,1 -33.3 մմոյ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` ոչ ավել քան 0,65մկլ: Մասնակիցը պետք

				Է ներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար հաստատված արտադրող գործարանի կողմից: Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել՝ ոչ պակաս քան 12 ամսվա երաշխիք տրամադրած սարքերի համար: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 կամ ГОСТ Р ИСО 15197:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО М.Л.Н. Фарм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	1) Ջի Մեյթ 2) Ջի Մեյթ 3) Քեյր Սենս 4) Քեյր Սենս Հ 5) Քեյր Սենս Ս 6) Քեյր Սենս Պռո	1) Ջի Մեյթ 2) Ջի Մեյթ 3) Քեյր Սենս 4) Քեյր Սենս Հ 5) Քեյր Սենս Ս 6) Քեյր Սենս Պռո	1)Ֆայլոսիս, Հարավային Կորեա 2) Ջի Բի Լայֆքեյր, Հարավային Կորեա 3) Այ Սենս , Հարավային Կորեա 4)Այ Սենս, Հարավային Կորեա 5)Այ Սենս, Հարավային Կորեա 6) Այ Սենս, Հարավային Կորեա	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը պետք լինի գործարանային տուփով, բայց ոչ ավել քան 100 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չպետք է փոխվի անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարքեր` ( Ջի Մեյթ կամ Ակկու-Զեկ Ինստանտ սարքերի դեպքում` 700 հատ քանակով, իսկ այլ սարքերի դեպքում 1700 հատ քանակով): Զափման արագություն` ոչ ավել քան 6 վրկ: Զափման միջակայքը` առնվազն 1,1 -33.3 մմոյ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` ոչ ավել քան 0,65մկլ: Մասնակիցը պետք

				Է ներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար հաստատված արտադրող գործարանի կողմից: Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել՝ ոչ պակաս քան 12 ամսվա երաշխիք տրամադրած սարքերի համար: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 կամ ГОСТ Р ИСО 15197:
--	--	--	--	---