

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնգիմեքս L9	Franklab (Sterifrance)	Franklab (Sterifrance)	FRANKLAB (STERIFRANCE)	"Բաղադրությունը- իրենից Ներկայացնում է կանաչ գույնի, բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ խտանյութ: Որպես ազդող սյուրթեր` պարունակում է N,N- դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլ դիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ինչպես նաև ֆունկցիոնալ բաղադրամասեր` ՄԱՆ (մակերեսային ակտիվ սյուրթեր), Ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր և այլն: Ներկայացվող ապրանքը պետք

					Է պարունակի նաև կոռոզիայի ինհիբիտորներ (կազմի մեջ կոռոզիոն ինհիբիտորի առկայությունը պետք է հաստատվի օգտագործման հրահանգով): Առաջարկվող ախտահանիչ նյութը իր բաղադրությունում չպետք է պարունակի որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: Փաթեթավորումը- 1լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա համապատասխան չափիչ բաժակով: 1լիտր խտանյութից պատրաստվի մինչև 0,5%-անոց, ոչ պակաս , քան 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որը կապահովի հակաբակտերիալ ՝գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը
--	--	--	--	--	--

						մինչև 5-30 րոպեում (ինչը հաստատված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգներով), ինչպես նաև օժտված լինի ակտիվությամբ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչների նկատմամբ: : Աշխատանքային լուծույթի պատրաստման համար պահանջվող ջերմաստիճանը պետք է լինի՝ ոչ պակաս քան 15C-ից մինչև ոչ ավել քան 25C-ը: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 10 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար: Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն Ախտահանիչ նյութի pH - 7,8-8,8:Վերջնական օգտագործման համար ստացվող ախտահանիչ նյութի աշխատանքային լուծույթի արժեքը ստանալու համար, հաշվարկները կատարվելու են համաձայն ՀՀ Առողջապահության
--	--	--	--	--	--	--

				նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների և ՀՀ-ում գործող սանիտարական նորմերի՝ հիմք ընդունելով հակաբակտերիալ (ներառյալ տուբերկուլյոզը), հակավիրուսային և հակասնկային ախտահանման ռեժիմները: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ, պետք է երաշխավորված լինի կամ Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentex բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БДЦЦЦР-25/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Энзимекс Л9	Franklab (Sterifrance)	Franklab (Sterifrance)	FRANKLAB (STERIFRANCE)	Состав - прозрачный жидкий концентрат зеленого цвета, с ароматным запахом. В качестве действующих веществ содержит N, N-дидецил-N-метил-поли(оксиэтил)аммоний пропионат (CHAM), дидецилдиметиламмоний хлорид (CHAM), комплекс ферментов (липаза, альфа-амилаза, протеаза), а также функциональные компоненты: поверхностно-активные вещества (ПАВ), краситель, отдушку, воду и т. д. Представленный продукт также должен содержать

					ингибиторы коррозии (наличие ингибитора коррозии в составе должно быть подтверждено инструкцией по применению). Предлагаемое дезинфицирующее средство не должно содержать в своем составе хлора или спирта в качестве активных ингредиентов. Упаковка - полиэтиленовая емкость объемом 1 литр или иной объем с соответствующим мерным стаканом. Из 1 литра концентрата приготовить до 0,5% не менее 200 литров рабочего раствора, который обеспечит антибактериальное: грамположительные и грамотрицательные бактерии (включая микобактерии туберкулеза), противовирусное (включая внекишечные гепатиты, ВИЧ-инфекцию, полиомиелит), штаммы гриппа А H5N1, H1N1) и противогрибковое (включая кандидозы и дерматофитии, плесневые грибы) действие в течение 5-30 минут (что подтверждено методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения
--	--	--	--	--	---

						Республики Армения), а также будет активен в отношении возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, легионеллез). Температура, необходимая для приготовления рабочего раствора, должна быть не ниже 15°C и не выше 25°C. Рабочий раствор должен иметь срок годности не менее 10 суток и быть пригодным для многократного использования. На момент поставки срок годности концентрата должен составлять 1/2 от его первоначального срока годности. рН дезинфицирующего средства - 7,8-8,8. Для получения значения рабочего раствора дезинфицирующего средства для конечного использования будут произведены расчеты согласно соответствующим методическим указаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Армения, и действующим в Республике Армения санитарным нормам, на основе антибактериальных (в том числе туберкулез),
--	--	--	--	--	--	---

					противовирусные и противогрибковые схемы дезинфекции. Уровень опасности - 4, 5 класс. Он должен иметь сертификат качества, методическую инструкцию по применению Министерства здравоохранения РА и гарантию от компаний-производителей медицинского оборудования Storz, Olympus, Fujinon или Pentex во избежание выхода оборудования из строя из-за материала.
--	--	--	--	--	---