

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	gas pycnometer	AMI Altamira Instruments	Densi 100 (special order)	Advanced Measurement Instruments (AMI), Altamira Instruments LLC,	Գազային պինոմետր Սարքի տեխնիկական պարամետրեր • Ճշգրտություն - շուրջ 0,02% • Վերարտադրելիություն - մոտ 0.01% • Աշխատանքային ջերմաստիճան - միջակայքում 15-35 °C • Բջջի չափերը - մոտ 0-1; 1; 3,5; 10 սմ ³ • Նմուշների տարրաների հավաքածու՝ պինդ և փոշենման նմուշների անալիզի իրականացման համար. • Պինդ նմուշներ - մոտ 10 սմ ³ , 3.5 սմ ³ , 1.0 սմ ³ , 1 սմ ³ 0-1սմ ³ • Փոշենման նմուշներ - մոտ 10 սմ ³ , 3.5 սմ ³ • Աշխատանքային միջավայր - հեղուկ, արգոն, ազոտ (կախված

ուսումնասիրվող նյութի տեսակից) •
 Ջերմաստիճանի չափման միջակայք
 - մոտ $20^{\circ}\text{C} \pm 0.025^{\circ}\text{C}$ • Չափիչ
 մոդուլների քանակը - մինչև 5
 մոդուլ, որոնք աշխատում են
 միմյանցից անկախ • Նվազագույնը
 հետևյալ միջազգային
 ստանդարտներին
 համապատասխանություն - USP,
 ISO, ASTM • Այդ թվում նվազագույնը
 պետք է համապատասխանի
 հետևյալ միջազգային
 ստանդարտներին • ASTM B923
 Metal Powders • ASTM C110 Cement
 • ASTM C604 Refractory Materials,
 ASTM C799 Nuclear Materials, ASTM
 D2638 Carbon, ASTM D2856 Foam,
 ASTM D4892 Petroleum • ASTM
 D5550 Soil • ASTM D5965 Coatings •
 ASTM D6093 Coatings o ASTM D6226
 Foam • ASTM D6761 Catalysts • ASTM
 D70 Asphalt o ASTM D8171 Fibers o
 DIN 66137 Pycnometry • ISO 12154
 Pycnometry • ISO 18753 Ceramics •
 ISO 4590 Foam • ISO 8130 Coatings o
 USP «699» Pharmaceuticals •
 Չափագրում (կալիբրովկա) -
 նվազագույնը հապատասխանեն
 ANSI/NCSL 2640-1-94 և ISO

					10012-1-92 պահանջներին • Մեթոդների պահման գրադարան - ապահովում է չափման գործընթացի ճշգրտությունը • Ցուցադրիչ - LCD Էկրան՝ ինտուիտիվ մենյուով • Տվյալների ելք - USB, RS-232C • Համատեղելիություն - Լաբորատոր տվյալների կառավարման համակարգեր (LIMS) • Էլեկտրամատակարարում - 220-240V, 50/60 Hz • Ծրագրային ապահովում - ներառված, տվյալների ավտոմատ վերլուծությամբ Հավելյալ պարամետրեր • Սարքը հագեցած է բջջի չափերը համալրող չափող ծավալների հավաքածուով, որոնք ապահովում են ճշգրիտ կշռման գործընթացը տարբեր նմուշների համար: • Սարքը համալրված է որակյալ գունավոր տպիչով և դյուրակիր համակարգչով՝ առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ, 8 ԳԲ RAM, Windows 10 օպերացիոն համակարգ: • Սարքը համալրված է անհրաժեշտ գազերով՝ օ Հելիում (He) - առնվազն 99,9995% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50
--	--	--	--	--	--

					լիտր, ճնշում՝ շուրջ 200 մթն, 9,1մ³ օ Արգոն (Ar) - առնվազն 99.9999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն օ Ազոտ (N2) - առնվազն 99.999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն օ Բալոնները տրամադրվում են մատակարարի կողմից (առանց վերադարձի) համապատասխան սերտիֆիկատներով: Բալոնները պատրաստված չժանգոտվող մետաղից (316 համարի), Կցորդումը $\frac{3}{4}$ գլխիկով, մուտքային ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս 200 բարից, Ելքային՝ ոչ պակաս 15 բարից օ Յուրաքանչյուր գազի համար տրամադրել առնվազն 1 հատ բարձր որակի ճնշման կարգավորիչ, համապատասխան Եվրոպական ստանդարտներին Լրացուցիչ պահանջներ • Երաշխիք - 1 տարի • Մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում - իրականացվում է տեղում • Ապրանքի նորություն - սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված • պարտադիր է արտադրողի կամ պաշտոնական
--	--	--	--	--	--

					ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, արտադրողի կողմից տեխնիկական աջակցություն: երաշխիքային ժամկետ 1 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	gas pycnometer	AMI Altamira Instruments	Densi 100 (special order)	Advanced Measurement Instruments (AMI), Altamira Instruments LLC,	Գազային պինոմետր Սարքի տեխնիկական պարամետրեր • Ճշգրտություն - շուրջ 0,02% • Վերարտադրելիություն - մոտ 0.01% • Աշխատանքային ջերմաստիճան - միջակայքում 15-35 °C • Բջջի չափերը - մոտ 0-1; 1; 3,5; 10 սմ³ • Նմուշների տարրաների հավաքածու՝ պինդ և փոշենման նմուշների անալիզի իրականացման համար. • Պինդ նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³, 1.0 սմ³, 1 սմ³ 0-1սմ³ • Փոշենման նմուշներ - մոտ 10 սմ³, 3.5 սմ³ • Աշխատանքային միջավայր - հեղուկ, արգոն, ազոտ (կախված

					ուսումնասիրվող նյութի տեսակից) • Ջերմաստիճանի չափման միջակայք - մոտ $20^{\circ}\text{C} \pm 0.025^{\circ}\text{C}$ • Չափիչ մոդուլների քանակը - մինչև 5 մոդուլ, որոնք աշխատում են միմյանցից անկախ • Նվազագույնը հետևյալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանություն - USP, ISO, ASTM • Այդ թվում նվազագույնը պետք է համապատասխանի հետևյալ միջազգային ստանդարտներին • ASTM B923 Metal Powders • ASTM C110 Cement • ASTM C604 Refractory Materials, ASTM C799 Nuclear Materials, ASTM D2638 Carbon, ASTM D2856 Foam, ASTM D4892 Petroleum • ASTM D5550 Soil • ASTM D5965 Coatings • ASTM D6093 Coatings o ASTM D6226 Foam • ASTM D6761 Catalysts • ASTM D70 Asphalt o ASTM D8171 Fibers o DIN 66137 Pycnometry • ISO 12154 Pycnometry • ISO 18753 Ceramics • ISO 4590 Foam • ISO 8130 Coatings o USP «699» Pharmaceuticals • Չափագրում (կալիբրովկա) - նվազագույնը հապատասխանեն ANSI/NCSL 2640-1-94 և ISO
--	--	--	--	--	--

					10012-1-92 պահանջներին • Մեթոդների պահման գրադարան - ապահովում է չափման գործընթացի ճշգրտությունը • Ցուցադրիչ - LCD Էկրան՝ ինտուիտիվ մենյուով • Տվյալների ելք - USB, RS-232C • Համատեղելիություն - Լաբորատոր տվյալների կառավարման համակարգեր (LIMS) • Էլեկտրամատակարարում - 220-240V, 50/60 Hz • Ծրագրային ապահովում - ներառված, տվյալների ավտոմատ վերլուծությամբ Հավելյալ պարամետրեր • Սարքը հագեցած է բջջի չափերը համալրող չափող ծավալների հավաքածուով, որոնք ապահովում են ճշգրիտ կշռման գործընթացը տարբեր նմուշների համար: • Սարքը համալրված է որակյալ գունավոր տպիչով և դյուրակիր համակարգչով՝ առնվազն հետևյալ պարամետրերով՝ IntelCore i5-8400, 256 ԳԲ հիշողության կրիչ, 8 ԳԲ RAM, Windows 10 օպերացիոն համակարգ: • Սարքը համալրված է անհրաժեշտ գազերով՝ օ Հելիում (He) - առնվազն 99,9995% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50
--	--	--	--	--	--

					լիտր, ճնշում՝ շուրջ 200 մթն, 9,1մ³ օ Արգոն (Ar) - առնվազն 99.9999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն օ Ազոտ (N2) - առնվազն 99.999% մաքրություն, բալոնի ծավալ՝ մոտ 50 լիտր, 6մ³ տարողությամբ, 200մթն օ Բալոնները տրամադրվում են մատակարարի կողմից (առանց վերադարձի) համապատասխան սերտիֆիկատներով: Բալոնները պատրաստված չժանգոտվող մետաղից (316 համարի), Կցորդումը $\frac{3}{4}$ գլխիկով, մուտքային ճնշման ցուցիչ՝ ոչ պակաս 200 բարից, Ելքային՝ ոչ պակաս 15 բարից օ Յուրաքանչյուր գազի համար տրամադրել առնվազն 1 հատ բարձր որակի ճնշման կարգավորիչ, համապատասխան Եվրոպական ստանդարտներին Լրացուցիչ պահանջներ • Երաշխիք - 1 տարի • Մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում - իրականացվում է տեղում • Ապրանքի նորություն - սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված • պարտադիր է արտադրողի կամ պաշտոնական
--	--	--	--	--	--

					ներկայացուցչի կողմից Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, արտադրողի կողմից տեխնիկական աջակցություն: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի
--	--	--	--	--	---