

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	BBS-V800	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Լամինարային հոսքի պահարանը փակված է կողքերում և գտնվում է մշտական դրական ճնշման տակ՝ աղտոտված օդի մուտքը սենյակ կանխելու համար: Դիմացից պաշտպանիչ ապակի 5մմ հաստությամբ: Լամինար պահարանը ունի գտիչներ: Չտման արդյունավետությունը $\geq 99,999\%$, @0,3 մկմ Չտիչներ՝ Նախաֆիլտր և Հեպպա ֆիլտեր: Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,3-0,5 Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) $\geq 0,5$ Չայնի արտանետում (dBA) ոչ ավել 65 Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն : Քաշը (կգ)՝ 116 Աշխատանքային գոտու բարձրություն 660մմ, մաքսիմալ բացվածքը 490մմ Արտաքին չափերը (W*D*H) 802*655*1550 մմ Ներքին չափսեր (W*D*H) 800*530*540 մմ LED լամպ 8W*2հատ Ուլտրամանուշակագույն լամպ 20W*1բ Հոսսավորություն՝ առկա Մատակարարման և արտանետման խողովակի տրամագիծը (մմ) $\Phi 200-300$ Քամու ուղղությունը Վերևից դուրս: Մատակարարը պարտավոր է կատարել պատշաճ մատակարարում, տեղադրում, միացումները պետք է

			կատարվեն պատշաճ կերպով: Աշխատակիցների ուսուցում և մեթոդաբանության ներդրում: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	BBS-V800	Jinan Biobase Biotech Co., Ltd	Լամինարային հոսքի պահարանը փակված է կողքերում և գտնվում է մշտական դրական ճնշման տակ՝ աղտոտված օդի մուտքը սենյակ կանխելու համար: Դիմացից պաշտպանիչ ապակի 5մմ հաստությամբ: Լամինար պահարանը ունի գտիչներ: Չտման արդյունավետությունը $\geq 99,999\%$, @0,3 մկմ Չտիչներ՝ նախաֆիլտր և Հեպպա ֆիլտեր: Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,3-0,5 Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) $\geq 0,5$ Ձայնի արտանետում (dBA) ոչ ավել 65 Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն : Քաշը (կգ)՝ 116 Աշխատանքային գոտու բարձրություն 660մմ, մաքսիմալ բացվածքը 490մմ Արտաքին չափերը (W*D*H) 802*655*1550 մմ Ներքին չափսեր (W*D*H) 800*530*540 մմ LED լամպ 8W*2հատ Ուլտրամանուշակագույն լամպ 20W*1բ Հոսսավորություն՝ առկա Մատակարարման և արտանետման խողովակի տրամագիծը (մմ) $\Phi 200-300$ Քամու ուղղությունը Վերևից դուրս: Մատակարարը պարտավոր է կատարել պատշաճ մատակարարում, տեղադրում, միացումները պետք է

			կատարվեն պատշաճ կերպով: Աշխատակիցների ուսուցում և մեթոդաբանության ներդրում: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի
--	--	--	--