ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	ESSENTIO™	Essentio MRI DR	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston scientific	Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող երկխոռոչանի սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: կոննեկտորի տիպը՝ IS-1: Խթանման ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	ESSENTIO™	Essentio MRI DR	Բոստոն Սայենտիֆիկ Boston scientific	Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող երկխոռոչանի սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: կոննեկտորի տիպը՝ IS-1: Խթանման ռեժիմները՝ DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: