

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Էլեկտրաստացիայի հավաքածուն իր մեջ ներառում է թվային գրանցիչ- 3 հատ, ծրագրային ապահովում - 1 հատ: ԷՍԳ ազդանշանի գրանցում, ոչ պակաս, քան՝ 3, 12 -ուղի գրանցումով: ԷՍԳ ալիքի ձևի նախադիտում անլար կապի ռեժիմում (wireless communication mode): Անջատված Էլեկտրոդի հայտնաբերում կոնֆիգուրացիայի ռեժիմում, MicroSDHC քարտի առկայություն ԷՍԳ տվյալների գրանցման համար, հպումային ստեղնաշար ֆունկցիոնալ

					կոճակներով, հիվանդի անուն ազգանունը հնարավոր է ավելացնել գրանցվող ԷՍԳ թեստ գրանցումին, հիվանդի տվյալի դիտման օպցիայի առկայություն: Պարամետրերը փոխելու օպիցայի առկայություն, ինչպիսիք են խմբային ցուցադրման ռեժիմ, մեկ ուղու ցուցադրման ռեժիմ (single lead), հետազոտության տեսակը (24ժ., 48ժ., 7 օր), ամսաթիվը և ժամը, օնլայն ռեժիմ (անլար միացման հնարավորություն): Շահագործման ռեժիմի ընտրության հնարավորության առկայություն ` օպտիմալ (նմուշառման հաճախականությունը` 250 Հց) կամ երկարաձգված (նմուշառման հաճախականությունը` 2000 Հց): Եռագույն դիոդ և ձայնային ազդանշանային համակարգ, որոնք տեղեկացնում են գրանցիչի կարգավիճակի մասին: Գրանցման ժամանակը ` ոչ պակաս քան 24ժամ , 48 ժամ կամ 7 օր: Երկու տեսակի իրադարձությունների գրանցում: Եզրագծային գծի զտիչ ` 0,05 Հց: Մարտկոցի էներգիայի խնայողության գործառույթի
--	--	--	--	--	---

առկայություն: Չափերը ` ոչ ավել
 քան 78x75x25 մմ (Ե* L* F): Քաշը` ոչ
 ավել քան 85 գ ±15գր, առանց
 մարտկոցի: Սնուցումը ` LR6 (AA)
 ալկալայն մարտկոց կամ Li-Fe կամ
 Ni-MH վերալիցքավորվող մարտկոց:
 Հոսանքի սպառումը ` ոչ ավել, քան
 33մԱ գրանցման ռեժիմում և ոչ ավել
 քան 200մԱ անլար կոմունիկացիայի
 ռեժիմում: ԷՍԳ - ազդանշաններ ` 3
 ուղի (4- կամ 7- էլեկտրոդ մալուխ) ;
 12 ուղի (10 էլեկտրոդ մալուխ):
 Դիսփլեյ ` գունավոր Էկրան OLED,
 առնվազն 1.2 “ , Լուծելիությունը`
 առնվազն 125x95: Նմուշառման
 հաճախականությունը` ոչ պակաս,
 քան 2000 նմուշ/վ. մեկ ալիքով
 (համաչափ
 նմուշառում/proportionate sampling)
 A/D փոխարկիչի լուծելիությունը,
 առնվազն ` 24բիթ: ԷՍԳ ազդանշանի
 տիրություն ոչ պակաս, քան` ±5 մՎ
 (10mVpp): Խթանման իմպուլսի
 հայտնաբերման գոտի(band) ` մինչև
 10 կՀց: Անլար փոխանցման
 հզորություն ` մինչև 2.5 մՎ: Անլար
 փոխանցման գոտի (band)`
 առնվազն 2,400 Գհց - 2.480 Գհց:
 Թողունակությունը (SPP ռեժիմ) ` 240

					kbps: Մոդուլյացիայի տեսակը՝ FHSS/GFSK, առնվազն 79 ալիք՝ 1մՀց տարածություն: Էլեկտրաշոկից պաշտպանության տեսակը՝ EN60601-1 , ներքին սնուցում: Էլեկտրամագնետիկ համապատասխանությունը՝ EN60601-2: Դիրեկտիվա՝ համապատասխան 214/53/EU դիրեկտիվայի կամ համարժեք Ծրագրային ապահովում՝ Առնվազն հետևյալ հիմնական գործառնությունների առկայություն՝ հոլտեր հետազոտության մեկնարկ, հետազոտության ներբեռնում գրանցիչից, ներբեռնված հետազոտության վերլուծություն և վերանայում(review): Հիվանդների տվյալների բազա՝ հիվանդների ցանկ, հիվանդի տվյալները և նրանց հետազոտությունները: Այցերի և օրացույց և առաջադրանքներ: Արագ մուտք դեպի www : Համակարգային գործիքակազմ՝ արխիվավորում, հետազոտության պահպանումներ , ֆոտո ռեժիմի կոնֆիգուրացիա, գրանցիչից հետազոտությունների ֆիլտրում, օգտագործողի տվյալներ: Հետազոտությունների
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		վերլուծություն և վերանայման(review) համար գործիքակազմի առկայություն՝ ավտոմատ վերլուծություն, վերլուծության կոնֆիգուրացիա: QRS կոմպլեքսների խմբագրում: Հաշվետվությունների ստեղծում: Վերլուծության նորագույն տեխնիկաներ՝ ST վերլուծություն, HRV վերլուծություն, QT ինտերվալի վերլուծություն, PMK, HRT: Սրտի ռիթմական գործողության տեխնիկական հատկություններ՝ տրենդի պատուհան, հիստոգրամի պատուհան, ինտերվալի վիճակագրության(statistics) պատուհան, սխալների վիճակագրության պատուհան, հաշվետվություն: HRT Վերլուծություն՝ HRT-Single, HRT-Global, table, տրենդ, տվյալներ, էքսպորտ Պրոսպեկտիվ վերլուծություն: 12-ալիք հետազոտությունների վերլուծություն : Համակարգի շահագործման կարգավորումներ՝ պատուհանի ավտոմատ կարգավորում, ECG էջի մոդուլի և ժապավենի(ribbon) ինիցիալ
Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом СУФРЧ-ЕЦДԱՊԶԲ-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			предлагаемого товара		
Номер лота			Предлагаемый товар		վերլուծություն, PMK, HRT: Սրտի ռիթմական գործողության տեխնիկական հատկություններ՝ տրենդի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	վերլուծություն՝ տրենդի պատուհան, հիստոգրամի
1					պատուհան, ինտերվալի վիճակագրության(statistics) պատուհան, սխալների վիճակագրության պատուհան, հաշվետվություն: HRT Վերլուծություն՝ HRT-Single, HRT-Global, table, տրենդ, տվյալներ, էքսպորտ Պրոսպեկտիվ վերլուծություն: 12-ալիք հետազոտությունների վերլուծություն : Համակարգի շահագործման կարգավորումներ՝ պատուհանի ավտոմատ կարգավորում, ECG էջի մոդուլի և ժապավենի(ribbon) ինիցիալ

				կարգավորումներ, QRS գույներ, պրոսպեկտիվ վերլուծություն և այլն: Վերլուծության պարամետրեր՝ ST Էպիգոդներ , առիթմիաներ, HRV վերլուծություն , Պեյսմեյկերի վերլուծություն Լրացուցիչ պարագաներ՝ Մեկանգամյա օգտագործման Էլեկտրոդներ - առնվազն 150 հատ, MicroSDHC քարտ - 3 հատ, AA ալկալայն մարտկոց վերալիցքավորվող - 3 հատ, 7-Էլեկտրոդ ԷՍԳ մալուխ - ստանդարտ չափսի - 3 հատ, 10-Էլեկտրոդ ԷՍԳ մալուխ - ստանդարտ չափսի - 3 հատ, Գրանցիչի պայուսակ - առնվազն 3 հատ Որակի վկայականներ՝ CE 0197 կամ համարժեք, EN ISO 13485 - MDD93/42/EEC կամ համարժեք, CFS - համ համարժեք : Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինեն մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 24 ամսից ոչ պակաս:
--	--	--	--	---