

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CONTEC MEDICAL	CONTEC MEDICAL	TLC5000 12 Channel Holter ECG	CONTEC MEDICAL	Էլեկտրասրտագրության հավաքածուն իր մեջ ներառում է թվային գրանցիչ- 3 հատ, ծրագրային ապահովում - 1 հատ: ԷՍԳ ազդանշանի գրանցում, 3, 12 -ուղի գրանցումով: ԷՍԳ ալիքի ձևի նախադիտում անլար կապի ռեժիմում (wireless communication mode): Անջատված Էլեկտրոդի հայտնաբերում կոնֆիգուրացիայի ռեժիմում, MicroSDHC քարտի առկայություն ԷՍԳ տվյալների գրանցման համար, հպումային ստեղնաշար ֆունկցիոնալ կոճակներով, հիվանդի անուն

ազգանունը հնարավոր է ավելացնել գրանցվող ԷՍԳ թեստ գրանցումին, հիվանդի տվյալի դիտման օպցիայի առկայություն: Պարամետրերը փոխելու օպիցայի առկայություն, ինչպիսիք են խմբային ցուցադրման ռեժիմ, մեկ ուղու ցուցադրման ռեժիմ (single lead), հետազոտության տեսակը (24ժ., 48ժ.), ամսաթիվը և ժամը, օնլայն ռեժիմ (անլար միացման հնարավորություն): Շահագործման ռեժիմի ընտրության հնարավորության առկայություն ` օպտիմալ (սմուլշառման հաճախականությունը ` 250 Հց) (սմուլշառման հաճախականությունը ` 2000 Հց): Եռագույն դիոդ և ձայնային ազդանշանային համակարգ, որոնք տեղեկացնում են գրանցիչի կարգավիճակի մասին: Գրանցման ժամանակը ` 24ժամ , 48 ժամ Երկու տեսակի իրադարձությունների գրանցում: Եզրագծային գծի զտիչ ` 0,05 Հց: Մարտկոցի Էներգիայի խնայողության գործառույթի առկայություն: Չափերը ` 78x75x25 մմ (Ե* L* Բ): Քաշը ` 85 գ ±15գր,

					առանց մարտկոցի: Սնուցումը ` LR6 (AA) ալկալայն մարտկոց ,վերալիցքավորվող մարտկոց: Հոսանքի սպառումը ` 33մԱ գրանցման ռեժիմում և 200մԱ անլար կոմունիկացիայի ռեժիմում: ԷՍԳ - ազդանշաններ ` 3 ուղի (4- կամ 7- Էլեկտրոդ մալուխ) ; 12 ուղի (10 Էլեկտրոդ մալուխ): Դիսփլեյ ` գունավոր Էկրան OLED, 1.2 “ , Լուծելիությունը` 160x128: Նմուշառման հաճախականությունը` 2000 նմուշ/վ. մեկ ալիքով (համաչափ նմուշառում/proportionate sampling) A/D փոխարկիչի լուծելիությունը, ` 24բիթ: ԷՍԳ ազդանշանի տիրությունը ` ± 5 մՎ (10mVpp): Խթանման իմպուլսի հայտնաբերման գոտի(band) ` մինչև 10 կՀց: Անլար փոխանցման հզորություն ` մինչև 2.5 մՎ: Անլար փոխանցման գոտի (band)` 2,400 Գհց - 2.480 Գհց: Թողունակությունը (SPP ռեժիմ) ` 240 kbps: Մոդուլյացիայի տեսակը ` FHSS/GFSK, 79 ալիք ` 1մՀց տարածություն: Էլեկտրաշոկից պաշտպանության տեսակը` EN60601-1 , ներքին սնուցում:
--	--	--	--	--	---

					Էլեկտրամագնետիկ համապատասխանությունը՝ EN60601-2: Դիրեկտիվա՝ համապատասխան 214/53/EU դիրեկտիվայի Ծրագրային ապահովում՝ հետևյալ հիմնական գործառնությունների առկայություն՝ հոլտեր հետազոտության մեկնարկ, հետազոտության ներբեռնում գրանցիչից, ներբեռնված հետազոտության վերլուծություն և վերանայում(review): Հիվանդների տվյալների բազա՝ հիվանդների ցանկ, հիվանդի տվյալները և նրանց հետազոտությունները: Այցերի օրացույց և առաջադրանքներ: Արագ մուտք դեպի www : Համակարգային գործիքակազմ՝ արխիվավորում, հետազոտության պահպանումներ , ֆոտո ռեժիմի կոնֆիգուրացիա, գրանցիչից հետազոտությունների ֆիլտրում, օգտագործողի տվյալներ: Հետազոտությունների վերլուծություն և վերանայման(review) համար գործիքակազմի առկայություն՝ ավտոմատ վերլուծություն, վերլուծության կոնֆիգուրացիա: QRS կոմպլեքսների խմբագրում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					Հաշվետվությունների ստեղծում: Վերլուծության նորագույն տեխնիկաներ՝ ST վերլուծություն, HRV վերլուծություն, QT ինտերվալի վերլուծություն, PMK, HRT: Սրտի ռիթմավարի գործողության վերլուծություն՝ տրենդի պատուհան, հիստոգրամի պատուհան, ինտերվալի պատուհան, ինտերվալի վիճակագրության(statistics) պատուհան, սխալների վիճակագրության պատուհան, տեխնիկական հատկություն: HRT վերլուծություն՝ HRT-Single, HRT-Global, table, տրենդ, տվյալներ, էքսպորտ Պրոսպեկտիվ վերլուծություն: 12-ալիք հետազոտությունների վերլուծություն : Համակարգի շահագործման կարգավորումներ՝ պատուհանի ավտոմատ կարգավորում, EУԳ էջի մոդուլի և ժապավենի(ribbon) ինիցիալ կարգավորումներ, QRS գույներ, պրոսպեկտիվ վերլուծություն և այլն: Վերլուծության պարամետրեր՝ ST էպիգոդներ , առիթմիաներ, HRV վերլուծություն , Պեյսմեյկերի վերլուծություն: Լրացուցիչ
3АО Телиа-Мед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 30444-ЕУՀԱՄԴ-25/30	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					պարագաներ՝ Մեկանգամյա օգտագործման էլեկտրոդներ - առնվազն 150 հատ, MicroSDHC քարտ - 3 հատ, AA ալկալայն մարտկոց վերալիցքավորվող - 3 հատ, 7-էլեկտրոդ EՍԳ մալուխ - ստանդարտ չափսի - 3 հատ, 10-էլեկտրոդ EՍԳ մալուխ - ստանդարտ չափսի - 3 հատ, Գրանցիչի պայուսակ - 3 հատ: Որակի վկայականներ՝ CE Declaration of conformity ISO 13485 CFS Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված է մոնտաժը, կարգավորումները, տեխնիկական և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային սպասարկումը տեղադրման պահից 24 ամիս:
--	--	--	--	--	--