

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ-ՎԻ-ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-Ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	CooperSurgical-Wallace	CooperSurgical-Wallace	CooperSurgical-Wallace	CooperSurgical-Wallace	Ապրանքի Փաթեթավորում - 1x10 հատ Օգտագործման ցուցումներ: Լվացված սերմնահեղուկի ներմուծում արգանդի խոռոչ: (ներարգանդային արհեստական բեղմնավորում) Ապրանքի նկարագրությունը: միանգամյա օգտագործման ստերիլ սարքեր են լվացված սերմի արգանդի խոռոչ ներմուծելու համար. Այս սարքը բաղկացած է ճկուն ներքին կաթետերից և արտաքին պատյան, որը կցված է ներքին կաթետերն ամբողջ տարածքում ունի միատեսակ երկարություն, կշռում է

					<p>16 գ և պարունակում է 0,2 մլ հեղուկ: Կաթետեր ունի 2 կողային անցքեր, որոնք տեղակայված են հարթ հարթության վրա: Ներքին կաթետերը դուրս է գալիս արտաքին կաթետերից 5 սմ, կեղևը, որը պարունակում է նշաններ 1 սմ քայլով միջև վերջ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕЦЦЦПР-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	CooperSurgical-Wallace	CooperSurgical-Wallace	CooperSurgical-Wallace	CooperSurgical-Wallace	Упаковка товара - 1x10 шт. Инструкция по применению. Введение отмытой спермы в полость матки. (внутриматочная искусственная инсеминация) Описание товара: одноразовые стерильные устройства для введения отмытой спермы в полость матки. Это устройство состоит из гибкого внутреннего катетера и внешней оболочки, которая прикреплена к внутреннему катетеру. Внутренний катетер имеет одинаковую длину, весит 16 г и содержит 0,2 мл

					<p>жидкости. Катетер имеет 2 боковых отверстия, расположенных на плоской поверхности. Внутренний катетер выступает на 5 см из внешнего катетера, на оболочке имеются отметки с интервалом в 1 см.</p>
--	--	--	--	--	---