# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՅ ՎԻ ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 32 | Ryttermarken 2 | Sparmed ApS | Ryttermarken 2 | Sparmed ApS | Նախատեսված է կիրառությունների լայն շրջանակի համար • Փորձարկվել է յուրաքանչյուր LOT-ի համար. - Մկնիկի սաղմի մեկ բջջային փուլի փորձարկում (MEA » 80% բլաստոցիստ) - Ոչ պիրոգեն, էնդոտոքսին (LAL « 0,03 ԵՄ/սարք) - Մարդու սերմնահեղուկի գոյատևումը և շարժունակությունը (SMI ≥ 0,75) • Մակերեւութային մշակված տարբերակներ՝ կայուն հիդրոֆիլ մակերեսի համար • Ստերիլության ապահովման մակարդակ (ճառագայթում) 10-6 • CE նշում՝ համաձայն 98/79/EC |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հրահանգի In Vitro-ի մասին • Պատրաստված է USP VI դասի փորձարկված հումքից - Պոլիստիրոլ (PS) • Վակուումային փաթեթավորում՝ քերծվածքներից խուսափելու համար - Կափարիչ՝ բարձր խտության պոլիէթիլեն (HDPE) Փաթեթավորվում է վակուումով՝ տեղափոխման ժամանակ քերծվածքներից խուսափելու համար Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԲՉ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 32 | Ryttermarken 2 | Sparmed ApS | Ryttermarken 2 | Sparmed ApS | Разработано для широкого спектра применений. • Протестировано для каждой ПАРТИИ. - Анализ на стадии одной клетки мышиного эмбриона (MEA » 80% бластоцисты) - Пирогенный, без эндотоксинов (LAL « 0,03 EU/устройство) - Жизнеспособность и подвижность сперматозоидов человека (SMI ≥ 0,75) • Варианты обработки поверхности для стабильной гидрофильной поверхности • Уровень гарантии стерильности (облучение) 10-6 • Маркировка CE в соответствии с Директивой In Vitro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 98/79/EC • Изготовлен из сырья, протестированного по классу VI Фармакопеи США - Полистирол (ПС) • Вакуумная упаковка для предотвращения царапин - Крышка: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) Вакуумная упаковка для предотвращения царапин во время транспортировки Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. |