

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | <p>II դասի A 2 տիպի կենսաանվտանգության պահարան, որը պետք է համապատասխանի EN12469-2000 անվտանգության ստանդարտներին: Աշխատանքային խցիկի չափեր 1200-1300մմx 580-600մմ x 650-700մմ Աշխատանքային մակերեսը պատրաստված չժանգոտվող պողպատից ,իսկ կորպուսը՝ ցինկապատ պողպատից հակաբակտերիալ ծածկույթով: Կողային պատերը պատրաստված կոփված ապակուլց: Լույսի ինտենսիվությունը աշխատանքային սեղանի վրա ≥ 1000 լյուքս H14 դասի HEPA ֆիլտր, Էֆեկտիվությունը $\geq 99.9995\%$ (ըստ EN 1822.1-H14) 0.1-0.3 մկմ մասնիկների համար: Աշխատանքային խցիկում օդի մաքրության դաս ` կախված մասնիկների (աերոզոլների) կոնցենտրացիայից ISO -3 (ըստ ISO 14644-1) Արտանետվող օդի ծավալը ~ 400 մ³/ Ժ - 450 մ³ /Ժ: Օդի հոսքի սենսորի առկայությունը ` անբավարար օդի հոսքի դեպքում ձայնային և վիզուալ ահազանգեր: Արտաքին բացվածքով տուփ մտնող օդի հոսքի միջին արագությունը 0.4-0.5 մ/վ : Ձայնի ճնշման մակարդակը ոչ ավել $\ll 60$ ԴԲ EN12469: Սարքը պետք է ունենա շահագործման ձեռնարկ հայերենով կամ ռուսերենով :Սարքի տեղադրումը և ուսուցանումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ ` սարքը ընդունելուց հետո 1 տարի, ետերաշխիքային սպասարկում 6 ամիս:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Групп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦЧ-ЕЦХЦПЗР-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 1 | |