

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	II դասի A 2 տիպի կենսաանվտանգության պահարան, որը պետք է համապատասխանի EN12469-2000 անվտանգության ստանդարտներին: Աշխատանքային խցիկի չափեր 1200-1300մմx 580-600մմ x 650-700մմ Աշխատանքային մակերեսը պատրաստված չժանգոտվող պողպատից ,իսկ կորպուսը՝ ցինկապատ պողպատից հակաբակտերիալ ծածկույթով: Կողային պատերը պատրաստված կոփված ապակուց: Լույսի ինտենսիվությունը աշխատանքային սեղանի վրա ≥ 1000 լյուքս H14 դասի HEPA ֆիլտր, Էֆեկտիվությունը $\geq 99.995\%$ (ըստ EN 1822.1-H14) 0.1-0.3 մկմ մասնիկների համար: Աշխատանքային խցիկում օդի մաքրության դաս ` կախված մասնիկների (աերոզոլների) կոնցենտրացիայից ISO -3 ( ըստ ISO 14644-1) Արտանետվող օդի ծավալը <math>\sim 400</math> մ<sup>3</sup>/ Ժ - 450 մ<sup>3</sup> /Ժ: Օդի հոսքի սենսորի առկայությունը ` անբավարար օդի հոսքի դեպքում ձայնային և վիզուալ ահազանգեր: Արտաքին բացվածքով տուփի մտնող օդի հոսքի միջին արագությունը 0.4-0.5 մ/վ : Ձայնի ճնշման մակարդակը ոչ ավել $\ll 60$ ԴԲ EN12469: Սարքը պետք է ունենա շահագործման ձեռնարկ հայերենով կամ ռուսերենով :Սարքի տեղադրումը և ուսուցանումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ ` սարքը ընդունելուց հետո 1 տարի, ետերաշխիքային սպասարկում 6 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	II դասի A 2 տիպի կենսաանվտանգության պահարան, որը պետք է համապատասխանի EN12469-2000 անվտանգության ստանդարտներին: Աշխատանքային խցիկի չափեր 1200-1300մմx 580-600մմ x 650-700մմ Աշխատանքային մակերեսը պատրաստված չժանգոտվող պողպատից ,իսկ կորպուսը՝ ցինկապատ պողպատից հակաբակտերիալ ծածկույթով: Կողային պատերը պատրաստված կոփված ապակուց: Լույսի ինտենսիվությունը աշխատանքային սեղանի վրա ≥ 1000 լյուքս H14 դասի HEPA ֆիլտր, Էֆեկտիվությունը $\geq 99.995\%$ (ըստ EN 1822.1-H14) 0.1-0.3 մկմ մասնիկների համար: Աշխատանքային խցիկում օդի մաքրության դաս ` կախված մասնիկների (աերոզոլների) կոնցենտրացիայից ISO -3 ( ըստ ISO 14644-1) Արտանետվող օդի ծավալը <math>\sim 400</math> մ<sup>3</sup>/ Ժ - 450 մ<sup>3</sup> /Ժ: Օդի հոսքի սենսորի առկայություն ` անբավարար օդի հոսքի դեպքում ձայնային և վիզուալ ահազանգեր: Արտաքին բացվածքով տուփ մտնող օդի հոսքի միջին արագությունը 0.4-0.5 մ/վ : Ձայնի ճնշման մակարդակը ոչ ավել $\ll 60$ ԴԲ EN12469: Սարքը պետք է ունենա շահագործման ձեռնարկ հայերենով կամ ռուսերենով :Սարքի տեղադրումը և ուսուցանումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ ` սարքը ընդունելուց հետո 1 տարի, ետերաշխիքային սպասարկում 6 ամիս: