

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	BIOBASE China	Փոքր ցենտրիֆուգ BIOBASE Mini-5	BIOBASE China	"Մինի-ցենտրիֆուգա-վորտեքս, որը նախատեսված է գենետիկական ինժեներիայի հետազոտությունների համար, հատկապես ՊՇՌ-ախտորոշման փորձերի ժամանակ: Այն կարող է օգտագործվել մանրէաբանական, կենսաքիմիական, կլինիկական և արդյունաբերական կենսատեխնոլոգիական լաբորատորիաներում: Պտույտի արագություն 50 Հց ցանցի դեպքում՝ 2800 պտույտ/րոպե (RCF՝ 500 x g): Աշխատանքի ռեժիմներ՝ Շարունակական և իմպուլսային Անվտանգություն՝ Կապարիչի բացման դեպքում պտույտի ավտոմատ կանգ Չափեր (L×Ե×Բ): 200×240×130 մմ -Քաշ՝ 2 կգ Սարքի հետ պետք է մատակարարել՝ Ռոտոր 12×1.5/2 մլ միկրոփորձանոթների համար ռոտոր 12×0.5 մլ և 12×0.2 մլ միկրոփորձանոթների համար Արտադրող

				ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 որակի հավաստագիր Սարքը պետք է համապատասխանի 2014/35/EU և 2014/30/EU պահանջներին: Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	BIOBASE China	Мини центрифуга BIOBASE Mini-5	BIOBASE China	"Մինի-ցենտրիֆուգա-վորտեքս, որը նախատեսված է գենետիկական ինժեներիայի հետազոտությունների համար, հատկապես ՊՇՌ-ախտորոշման փորձերի ժամանակ: Այն կարող է օգտագործվել մանրէաբանական, կենսաքիմիական, կլինիկական և արդյունաբերական կենսատեխնոլոգիական լաբորատորիաներում: Պտույտի արագություն 50 Հց ցանցի դեպքում՝ 2800 պտույտ/րոպե (RCF՝ 500 x g): Աշխատանքի ռեժիմներ՝ Շարունակական և իմպուլսային Անվտանգություն՝ Կապարիչի բացման դեպքում պտույտի ավտոմատ կանգ Չափեր (L×Ե×Բ): 200×240×130 մմ -Քաշ՝ 2 կգ Սարքի հետ պետք է մատակարարել՝ Ռոտոր 12×1.5/2 մլ միկրոփորձանոթների համար ռոտոր 12×0.5 մլ և 12×0.2 մլ միկրոփորձանոթների համար Արտադրող

				ընկերությունը պետք է ունենա ISO9001 որակի հավաստագիր Սարքը պետք է համապատասխանի 2014/35/EU և 2014/30/EU պահանջներին: Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս"
--	--	--	--	---