

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՍ ՍԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը պետք լինի գործարանային տուփով, բայց ոչ ավել քան 100 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չպետք է փոխվի անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարքեր՝ (Ջի Մեյթ կամ Ակկու-Չեկ Ինստանտ սարքերի դեպքում՝ 700 հատ քանակով, իսկ այլ սարքերի դեպքում 1700 հատ քանակով): Չափման արագություն՝ ոչ ավել քան 6 վրկ: Չափման միջակայքը՝ առնվազն 1,1 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ ոչ ավել քան 0,65մկլ: Մասնակիցը պետք

				Է ներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար հաստատված արտադրող գործարանի կողմից: Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել՝ ոչ պակաս քան 12 ամսվա երաշխիք տրամադրած սարքերի համար: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO 15197 կամ ГОСТ Р ИСО 15197:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/41
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				