ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500 մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 2, բռնակի միջոցով գլխային հատվածի բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում և ոտքերի հատվածի թեքվածության կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ ոչ պակաս, քան 0-75° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Ալյումինե, ծալվող կողային բազրիքների առկայություն, չափսերը՝ 1430x35x350մմ±5%: Շտատիվի առկայություն ներարկումների համար, կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Հարմարանքի (ցանցի) առկայություն իրեր դնելու համար: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 50 կգ±5%: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (ոչ պակաս, քան 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20 կգ/մ³): Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք

			միանում են իրար շղթաներով, և պետք է հնարավոր լինի սպունգը հանել և փոխարինել ներքնակի միջից: Ներքնակը պետք է ծալվի մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը պետք է ունենա անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500 մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 2, բռնակի միջոցով գլխային հատվածի բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում և ոտքերի հատվածի թեքվածության կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ ոչ պակաս, քան 0-75° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Ալյումինե, ծալվող կողային բազրիքների առկայություն, չափսերը՝ 1430x35x350մմ±5%: Շտատիվի առկայություն ներարկումների համար, կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Հարմարանքի (ցանցի) առկայություն իրեր դնելու համար: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 50 կգ±5%: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (ոչ պակաս, քան 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20 կգ/մ³): Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք

			միանում են իրար շղթաներով, և պետք է հնարավոր լինի սպունգը հանել և փոխարինել ներքնակի միջից: Ներքնակը պետք է ծալվի մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը պետք է ունենա անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: