

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-30/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Euromex	NexiusZoom NZ.1903-B, LaboPad-12	Euromex	Ստերեոսկոպիկ մանրադիտակ՝ պլանշետով, մանրադիտակային տեսախցիկով և ստեղնաշարի միացման կայանով Նախընտրելի է՝ Euromex Microscopen BV արտադրության: Մանրադիտակը պետք է ունենա՝ - Եռօկուլյար գլխիկ - Երկու օկուլյար՝ կարգավորվող դիօպտրիայով - Կարգավորվող միջակնային հեռավորություն - Ոսպնյակի խոշորացման սանդղակ՝ ցանկալի է 4.5x-ից մինչև 5.0x - Առկայություն փոխվող ոսպնյակների՝ 0,5x, 0,75x, 1,5x և ավել - Լիարժեք հակասնկային, հակաբակտերիալ, անտիստատիկ և փոշուց պաշտպանված օպտիկա - Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ՝ առավելագույն լուսափոխանցման համար - Լայնանկյուն օկուլյարներ՝ նվազագույնը HWF 10x/22: Հավաքածուն պետք է ներառի՝ - Երկար, ճկուն և շարժական շտատիվ,

				ցանկալի է լինի հատակային, շարժական 4 ֆիքսվող ակերով: Պատվանդանը պետք է լինի բացակա կամ միջին չափի՝ մեծ չափսի նյութերի (օրինակ՝ ձեռագրերի) հետ անվտանգ աշխատանք իրականացնելու համար / օրինակը տես հրավերին կցված նկար 1/ - Պլանշետ՝ տեսախցիկից ամբողջությամբ անջատվելու և ստեղնաշարի միացման հնարավորությամբ /օրինակը տես հրավերին կցված նկար 2 և 4/ - Տեսախցիկ՝ առնվազն 2ՄՊ /կապի տարբերակներ՝ micro USB 2.0, Wi- Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, HDMI, LAN, աուդիո միացում՝ ստերեո 3.5մմ աուդիո մուտք, օպերացիոն համակարգ՝ Windows, տեսախցիկի հետ համապատասխանող ծրագրակազմ/ - Թվային տեսախցիկ՝ առնվազն 12.0 ՄՊ, 2.0x կամ ավելի խոշորացումով, և միկրոսկոպին միացվելու համար անհրաժեշտ բոլոր միացնող տարրերով - Տեսախցիկի ադապտեր՝ համապատասխան ոսպնյակով - Լուսավորման կայան՝ երկու ինքնուրույն կարգավորվող լուսարձակով՝ առարկայակիր սեղանին ուղղված / օրինակը տես հրավերին կցված նկար 3/ - Օղակաձև LED լուսավորություն -Պաշտպանիչ պատյան՝ մեծ չափսի ստերեոմանրադիտակի համար Հավաքածուն ցանկալի է ներառի՝ - - Մաքրող հավաքածուն՝ ոսպնյակ մաքրող հեղուկ, կտոր, խոզանակ, բամբակյա փայտիկներ (2 տուփ): - - Աշխատանքային ասեղների հավաքածուն՝ առնվազն 9 գործիք փայտե տուփի մեջ: - - Առարկայական ապակի-միկրոմետր սլայդ՝ 50 մմ, 500 բաժանումով, 100 մկմ մեկ բաժանման համար: Պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է
--	--	--	--	---

				ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 5 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-30/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Euromex	NexiusZoom NZ.1903-B, LaboPad-12	Euromex	Ստերեոսկոպիկ մանրադիտակ՝ պլանշետով, մանրադիտակային տեսախցիկով և ստեղնաշարի միացման կայանով Նախընտրելի է՝ Euromex Microscopen BV արտադրության: Մանրադիտակը պետք է ունենա՝ - Եռօկուլյար գլխիկ - Երկու օկուլյար՝ կարգավորվող դիօպտրիայով - Կարգավորվող միջակնային հեռավորություն - Ոսպնյակի խոշորացման սանդղակ՝ ցանկալի է 4.5x-ից մինչև 5.0x - Առկայություն փոխվող ոսպնյակների՝ 0,5x, 0,75x, 1,5x և ավել - Լիարժեք հակասնկային, հակաբակտերիալ, անտիստատիկ և փոշուց պաշտպանված օպտիկա - Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ՝ առավելագույն լուսափոխանցման համար - Լայնանկյուն օկուլյարներ՝ նվազագույնը HWF 10x/22: Հավաքածուն պետք է ներառի՝ - Երկար, ճկուն և շարժական շտատիվ,

				ցանկալի է լինի հատակային, շարժական 4 ֆիքսվող ակերով: Պատվանդանը պետք է լինի բացակա կամ միջին չափի՝ մեծ չափսի նյութերի (օրինակ՝ ձեռագրերի) հետ անվտանգ աշխատանք իրականացնելու համար / օրինակը տես հրավերին կցված նկար 1/ - Պլանշետ՝ տեսախցիկից ամբողջությամբ անջատվելու և ստեղնաշարի միացման հնարավորությամբ /օրինակը տես հրավերին կցված նկար 2 և 4/ - Տեսախցիկ՝ առնվազն 2ՄՊ /կապի տարբերակներ՝ micro USB 2.0, Wi- Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, HDMI, LAN, աուդիո միացում՝ ստերեո 3.5մմ աուդիո մուտք, օպերացիոն համակարգ՝ Windows, տեսախցիկի հետ համապատասխանող ծրագրակազմ/ - Թվային տեսախցիկ՝ առնվազն 12.0 ՄՊ, 2.0x կամ ավելի խոշորացումով, և միկրոսկոպին միացվելու համար անհրաժեշտ բոլոր միացնող տարրերով - Տեսախցիկի ադապտեր՝ համապատասխան ոսպնյակով - Լուսավորման կայան՝ երկու ինքնուրույն կարգավորվող լուսարձակով՝ առարկայակիր սեղանին ուղղված / օրինակը տես հրավերին կցված նկար 3/ - Օղակաձև LED լուսավորություն -Պաշտպանիչ պատյան՝ մեծ չափսի ստերեոմանրադիտակի համար Հավաքածուն ցանկալի է ներառի՝ - - Մաքրող հավաքածուն՝ ոսպնյակ մաքրող հեղուկ, կտոր, խոզանակ, բամբակյա փայտիկներ (2 տուփ): - - Աշխատանքային ասեղների հավաքածուն՝ առնվազն 9 գործիք փայտե տուփի մեջ: - - Առարկայական ապակի-միկրոմետր սլայդ՝ 50 մմ, 500 բաժանումով, 100 մկմ մեկ բաժանման համար: Պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է
--	--	--	--	---

				ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 5 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---