

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀԾՀԽ-2025/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	ուլտրաձայնային սարքավորումներ	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ՝ 4 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը ոչ պակաս քան 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 65000 Դինամիկ տիրույթ՝ ոչ պակաս քան 208dB Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ ոչ պակաս քան 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ ոչ պակաս քան 40 սմ Առավելագույն

մեծացնելու գործոնն իրական
 ժամանակում. ոչ պակաս քան x10
 Բարձր հստակության թվային
 մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 22"
 Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան
 1920 x 1080 Մոնիտորի
 կարգաբերում. թեքություն և
 պտույտ Հրահանգների կատարման
 հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան
 13,3" Ընդլայնված ստեղնաշար
 Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ
 պակաս քան) 2D (B-ռեժիմ), B
 ռեժիմի դեկ, B ռեժիմի ավտոմատ
 կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ,
 THI (ներդաշնակ պատկերավորում),
 PHI (մաքուր ներդաշնակ
 պատկերավորում), M ռեժիմ,
 անատոմիական M, գունավոր M,
 CFM, PDI (ուժային Դոպլերի
 պատկերավորում), DPDI
 (Ուղղորդված ուժային Դոպլերի
 պատկերավորում), PW/CW դոպլեր,
 TDI (հյուսվածքային դոպլեր),
 TDI+PW, TDI+PW, TDI + PW, TDI +
 PW, TDI + PW, TDI + PW, TDI + PW,
 TDI + PW, m, 3D/4D,Widescan
 (trapezoidal լայնաֆորմատ
 պատկերում) Պետք է ունենա B
 ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B

					ռեժիմում՝ ոչ պակաս քան 1400 կադր/վրկ Կեդծ գույների քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա M ռեժիմ Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա PWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 16,000 Հց HPRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-ից 48,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 8,3 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան -60-ից +60 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան Պետք է ունենա CWD. PRF միջակայքը ոչ պակաս քան 1000-ից 48.000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 30 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 0,1 սմ/վ Պետք է ունենա գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ ոչ պակաս, քան
--	--	--	--	--	---

					1000-ից 8000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագության միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 300 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ պակաս քան 2 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 8 Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Պետք է ունենա իմպուլսային հանումով հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Պետք է ունենա իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Պետք է ունենա արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼԸԱԳԻՐ-ԳՆՈՒ-2025/43 ներկայումս է ներկայացնում լիարժեք տեղեկություններ, հաշվարկներ և ծրագրաված հետագա հետաքննության համար (ոչ պարտադիր) տեխնիկական հատկանիշները (տեխնիկական խնամքի պահանջները)։				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя
1				
				Մանկաբարձություն Մրտաբանություն մեզիոլոգիա Ուրոլոգիա Լորաձնի մոտ ազդրի բնածին տեղաշարժ Ինտիմա-մեդիայի ավտոմատ չափում Էլաստոգրաֆիկ պատկերավորում Ձեռքով եռաչափ պատկերավորում Ստատիկ 3D / 4D Ավտոմատ PW հաշվարկ Ավտոմատ NT, ավտոմատ IMT, ավտոմատ EF, Ավտոմատ օպտիմալացում (մեկ կոճակի օպտիմիզացում 2D / Color / PW-ի համար) Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը ոչ պակաս քան 4 Պետք է ունենա կոնվեքսային տվիչ` 1 հատ

					Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 1-ից 7 Մից միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ ոչ պակաս քան 60 աստիճան Պետք է ունենա գծային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 192 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 4-ից 17 Մից միջակայքում Տեսադաշտը՝ ոչ պակաս քան 35 մմ Պետք է ունենա սեկտորային (ֆազային) տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 64 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 1-ից 5 Մից միջակայքում Տեսնելու անկյունը՝ ոչ պակաս քան 90 աստիճան Պետք է ունենա ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ՝ 1 հատ Էլեմենտների քանակը՝ ոչ պակաս քան 128 Հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս քան 3 -ից 11 Մից միջակայքում Շառավիղը՝ ոչ պակաս քան 10 մմ Պետք է ունենա ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 500
--	--	--	--	--	--

					Գր ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 1000 կադր Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW ` jpeg, bmp, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Պետք է ունենա պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR / Q&R Պետք է ունենա ներկառուցված DVD Պետք է ունենա սև-սպիտակ թվային տպիչ. Պետք է ունենա մոնիտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
--	--	--	--	--	---

					լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--	---