

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ անկյունագիծը ոչ պակաս քան 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4,6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սովորվ-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ;

				Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մմ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ ոչ պակաս քան 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի; Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա; Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց.; Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2 թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն կամ հայերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր , չօգտագործված; Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ անկյունագիծը ոչ պակաս քան 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4,6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սովորվ-Լիոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ;

				Չֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մմ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ ոչ պակաս քան 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի; Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբերա; Էլեկտրոսնուցումը ՝ 220 Վ / 50 Հց.; Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2 թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն կամ հայերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր , չօգտագործված; Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք
--	--	--	--	---