

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վիրահատական սեղան	-	-	-	Մակերեսը պատրաստված է բարձրորակ ածխամանրաթելից, Ռենտգեն թափանցիկ՝ համատեղելի C-աձև աղեղի հետ: Ներքնակը պատված է բարձրորակ սև արհեստական կաշվով, բարձր խտության հիշողության հնարավորությամբ սպունգը պատրաստված է մեկ կտորից, առանց կարերի: AC և DC, երկակի հեռակառավարման վահանակ՝ տարբեր գործողություններ վերահսկելու համար Անաղմուկ և երկարակյաց ներկառուցված շարժիչի

					առկայություն ,Հիմքը և բոլոր մետաղական մասերը պատված են բարձր որակի (304) չժանգոտվող պողպատով, որը կարող է հեշտությամբ մաքրվել և ստերիլիզացվել:Ուռքի արգելակի առկայություն՝ նախատեսված սեղանը հեշտությամբ տեղափոխելու համար :Գլխի և Ուռքերի հատվածը կառավարվում են գազ-գսպանակային մեխանիզմով (gas spring), Ուռքերի հատվածը կիսված է 2 մասի և հնարավոր է առանձնացնել սեղանից:Պետք է ունենա ավտոմատ վերականգման հնարավորության առկայություն:Բարձրությունը կարգավորվող, ոչ պակաս, քան՝ 750 - 1100 մմ ± 50:Աջ և ձախ թեքման անկյունը ոչ պակաս, քան 15° / 15°: Թրենդլենբուրգ/ռեվերս-Թրենդլենբուրգ ոչ պակաս, քան՝18°:Մեջքի հատվածի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ 70°: Մեջքի հատվածի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝ 15°: Գլխի հատվածի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ 40°: Գլխի հատվածի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝
--	--	--	--	--	---

90°: Ուղքի հատվածի շարժը դեպի վերև ոչ պակաս, քան՝ 15°: Ուղքի հատվածի շարժը դեպի ներքև ոչ պակաս, քան՝ 90°: Ուղքի սեգմենտի ծալքը, ոչ պակաս, քան 180°: Գոտկային (lumbar) վերին անկյունը $^{\circ}$, ոչ պակաս, քան 150°: Գոտկային (lumbar) ստորին անկյունը $^{\circ}$, ոչ պակաս, քան 120°: Հորիզոնական և երկայնական շարժում - ոչ պակաս, քան՝ 350 ± 30 մմ : Սեղանի երկարությունը, ոչ պակաս, քան՝ 2000 ± 100 մմ: Սեղանի լայնությունը ոչ պակաս, քան՝ 520 ± 20 մմ: Հիմնական լարումը $AC \pm 220 \pm 22$ Վ, 50 ± 1 Հգ: Մուտքային հզորությունը՝ 300 ՎԱ $\pm 10\%$: Լրակազմը՝ Թևերի հենակներ, ուսերի հենակներ, ոտքերի հենակներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է հնարավոր լինի համալրել լրացուցիչ աքսեսուարներով, ինչպես օրինակ՝ օրթոպեդիկ վիրահատությունների համար անհրաժեշտ օրթոպեդիկ կցորդով : Ոչ պակաս, քան 12 ամսյա երաշխիքային սպասարկում: Ապրանքի արժեքի մեջ

					հաշվարկված են մոնտաժման, կարգաբերման և ուսուցման աշխատանքների կատարումը :Սեղանը պիտի լինի նոր և չօգտագործված, գործարանային տուփով:Որակի վկայագրերի առկայություն՝ CE, ISO 13485, FDA, ISO 9001: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սուրեն Հակոբյան Գուրգենի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					