

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd. 2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. 3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Ազդրի դինամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են: Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք: Դինամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ): Անկյունը՝ 130 աստիճան: 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և

					պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար
--	--	--	--	--	---

					կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.MEDITECH.2.Shuangyang 3.COSON 4.XCMEDICO	1.Changzhou Meditech Technology Co., Ltd..2.Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.3.Ruijianpengke(Xiamen) Medical Technology Co., Ltd 4.Changzhou Xc Medico Technology Co., Ltd.	Ազդրի դիսամիկ պտուտակով հարթակ՝ աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են: Հարթակի դիստալ հատվածին լինում է՝ 3,4,5, անցք: Դիսամիկ պտուտակի տրամագիծը՝ 12մմ, երկարությունը՝ 60-110մմ (քայլը 2մմ): Անկյունը՝ 130 աստիճան: 2. Ազդրի հարթակ՝ Ս.Կ.-Դ.Կ, աջ և ձախ վերջույթների համար ունիվերսալ են, հարթակի վրա լինում է 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 անցք նախատեսված 4.5մմ կորտիկալ պտուտակների համար: 3. Ազդրային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և

					պրոքսիմալ 4.8 մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ազդրի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող ոսկրի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ մեխի պահանջվող տրամագծերն են՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ: Կախված վիրահատվող ոսկրի կոտրվածքի բնույթից և դիրքից՝ պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ: 4. Ոլոքային անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ ոլոքի դիաֆիզար կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ: 5. Բազկի անտերոգրադ արգելակող մեխ՝ դիստալ և պրոքսիմալ 4.8մմ արգելակիչ անցքեր, ֆիքսման լոկալիզացիա՝ բազկի դիաֆիզար
--	--	--	--	--	---

					կոտրվածքներ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից՝ պահանջվող տրամաչափերն են՝ 8մմ,9մմ, 10մմ: Կախված վիրահատվող վերջույթի ոսկրի կոտրվածքի բնույթից պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ:
--	--	--	--	--	--