

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՏԱ ԻՄՊՈՐՏ-ն ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդովիդիոթատվիզի տարբերակներ Էնդովիդիոթատվիզի տարբերակները բաղկացած է հետևյալ միավորներից՝ Լապարոսկոպ Լրակազմը. 1. Էնդոսկոպիկ թվային 4K 2. Լույսի աղբյուր - 1 հատ 3. 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ 4. Բժշկական մոնիտոր 4K - 1 հատ 5. Էնդոսկոպ - 2 հատ 6. Իսուֆլյատոր - 1 հատ 7. Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ 8. Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ 9. Լապարոսկոպիկ պոմպ - 1 հատ 10. Գործիքակազմ Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ Ոչ պակաս քան 4K վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով Ոչ պակաս քան 4K FULL HD վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով Ոչ պակաս քան 3840x2160 պիքսել լուծաչափով Կողմերի հարաբերակցությունը 16:9 Ոչ պակաս քան 4K տեսանյութի ծայնագրում, առնվազն 4K պատկերի ծայնագրում, սառնեցման գործառույթ, ոչ պակաս քան 2,5 անգամ պատկերի թվային մեծացում Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ՝ գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում ցուցադրելու համար Տեսանյութի և պատկերի ծայնագրման գործառույթ, սպիտակ գույնի բալանսի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում, ոչ պակաս քան 1 USB միակցիչ հիշողության կրիչի համար Վիդեո ելքեր ոչ պակաս քան 12G SDI 4K վիդեո ելք, SDI HD վիդեո ելք, HDMI վիդեո ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց 4K տեսախցիկի գլխիկ 4K տեսախցիկի գլխիկ՝ ոչ պակաս քան 2 կառավարման կոճակով Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը պետք է համապատասխանի մատակարարվող Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին Ոչ պակաս քան 3840x2160 պիքսել լուծաչափով 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեագերծման հնարավորության առկայություն Տեսախցիկի գլխի քաշը ոչ ավել քան 300

գրամ Zoom-ը պետք է ապահովվի Zoom-TV-ադապտերի միջոցով կամ տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը պետք է համատեղելի լինի 4K պատկերի հետ Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի տեսակը՝ լուսադիոդային Լամպի կյանքը ոչ պակաս քան 30.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 6000-6500K միջակայքում Լույսի հզորությունը (Քսենոնին համարժեք) - ոչ պակաս քան 175 Վտ Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն Անջրանցիկ հպումային կառավարման վահանակ Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Օպտիկամանրաթելային լուսատար Տրամագիծը ոչ ավելի քան 5 մմ, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և Էներգոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի երկարությունը ոչ պակաս քան 3000 մմ Պետք է համատեղելի լինի մատակարարվող հավաքածուի լույսի աղբյուրի և Էներգոսկոպների հետ 4K բժշկական մոնիտոր Էկրանի չափը ոչ պակաս քան 27 դյույմ 3840 x 2160 պիքսել լուծաչափով Պատկերի դիտման անկյունները ոչ պակաս քան 170 աստիճան Պատկերի թույլատրելիությունը 4K, մուլտիմոդալ հիբրիդ պատկերի տեխնոլոգիա, ինտելեկտուալ պատկերի լուծաչափի բարձրացման տեխնոլոգիա Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը՝ 16:9 կոնտրաստը առնվազն 1350:1 Մուտքերը ոչ պակաս քան 12G SDI, HDMI Բժշկական կարգի մոնիտոր Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4.0 Էներգոսկոպ - 2 հատ Համատեղելի է 4K պատկերի որակի հետ 1. Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 310 մմ Ավտոկլավավորվող 2. Դիտման անկյունը 30°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 310 մմ Ավտոկլավավորվող Ինսուֆլյատոր Ամբողջական հավաքածու Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին Գազը՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ Նախաինսուֆլացման ռեժիմ վերեշի ասեղի օգտագործման համար Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման մշտադիտարկման և ավելցուկ ճնշումի բաց թողնելու համար Նախատեսված ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն Տեսա- և ձայնա- ազդանշանային համակարգի առկայություն Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման փաստացի թվային ցուցանիշների դիտարկման հնարավորության առկայություն Ինսուֆլացման ոչ պակաս քան 1-45 լ / րոպե միջակայքում Ինսուֆլյացիայի ներորովայնային ճնշումը ոչ պակաս քան 0-25 մմ սնդ. սյուն միջակայքում Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպ Ամբողջական հավաքածու Ներառում է խողովակների հավաքածուն, ներծծման խողովակը ոչ պակաս քան 2 կոճակներով Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 2 լ / րոպե Ներծծման հոսքը ոչ պակաս քան 2 լ / րոպե Առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս քան 250 մմ ս.ս. տիրույթում Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Սարքավորումների դարակաշար Կոմպակտ սալյակ բարձր դիմացկունության նյութից Էլեկտրական հոսանքի կենտրոնական անջատիչի առկայություն Ոչ պակաս քան 4 հատ ոչ պակաս քան 100 մմ տրամագծով

հակաստատիկ անիվների վրա Սարքավորումների համար նախատեսված ոչ պակաս քան 4 դարակների առկայություն Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն 220 Վոլտի ոչ պակաս քան 4 վարդակների առկայություն Անհրաժեշտության դեպքում (կախված մատակարարվող սարքավորումների մոտքային լարումներից) համապատասխան հզորության տրանսֆորմատորի առկայություն Առավելագույն բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 150 կգ Չափերը (ոչ պակաս քան) լայնությունxխորությունxբարձրություն 600x600x1400 մմ Մոնիտորի հենակ ոչ պակաս քան 27 դյույմ մոնիտորների համար, բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայությամբ, պտտվող ոչ պակաս քան 270 աստիճան, բարձրության կարգաբերումը ոչ պակաս քան 200մմ Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Գործիքակազմ. Վերեշի ասեղ. տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը՝ 150 մմ $\pm 3\%$, քրոմապատ կամ չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 105 մմ $\pm 5\%$, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով, մետաղական, բազմակի օգտագործման Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, բազմակի օգտագործման Կլիպապլիկատոր. տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ ML, չափը՝ միջին մեծ, բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական մկրատ Ø5 մմ (2 հատ), կոր, Մետզենբաում տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման Էլեկտրոդուլյացիայի համար նախատեսված մոնոպոլյար և բիպոլյար գործիքներ ու լարեր Մանիպուլյատոր գինեկոլոգիական 5*330մմ (1 հատ) Միանգամյա օգտագործման ստերիլ պլաստիկ պարկ (50հատ) Էնդովիրաբուժական արտածծիչի ծայրակալ (1 հատ), մետաղական, բազմակի օգտագործման Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը պետք է լինեն նույն արտադրողից Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է համատեղելի լինեն միմյանց հետ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար առանց դարակաշարի և գործիքակազմի) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГТА ИМПОРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU-UZ-EUΔU72F-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	