

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/161 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Medec International BV	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International BV	Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, համալրված արտաշնչման և ներշնչման հոսքի տվիչով: Ներկառուցված վակումի համակարգ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստ՝ 2-3 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով,

					պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված դարակներով: Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով: Շնչառության ծավալ՝ 5-1,600 մլ միջակայքում: Ներշնչման դադար՝ 0-50% միջակայքում: Շնչառության հաճախականություն՝ 2-100 շնչ/րոպե միջակայքում: Ներշնչման հոսք՝ 250 լ/ր: Պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում: CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում Էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը 0,40վ, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցներից՝ 90-180ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված մոնիտոր՝ 18,5 դույմ, համակցված խնամյալի կարդիո մոնիտոր՝ 15 դույմ: Կորեի արտացոլման հնարավորության առկայություն՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, ECG, RESP, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Հալոտան,
--	--	--	--	--	---

					Իզոֆլուրան, Էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առկայություն՝ Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. /exp., O2 insp./exp., ազդող նյութի, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն: Տազնապների պահպանում և արտահանում: Վենտիլացիոն ռեժիմներ, առնվազն՝ MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM: Սարքը ունի հնարավորություն հետևյալ ցուցմունքների արտացոլման՝ ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն՝ CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I:E, CO2 measurement, FiCO2, EtCO2, O2, Agent: Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք կապնոգրաֆիայով, խնամյալի կարդիո մոնիտոր, Գոլորշացուցիչներ 2 հատ՝ իզոֆլուրան և սեվոֆլուրան, «Freshgas» պորտ: Տեղադրում և
--	--	--	--	--	---

					ուսուցում, Օգտագործողի ձեռնարկ: Սարքավորման երաշխիքային ժամկետ՝ 1,5 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը կկատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗНГХУБТГ УҮЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДЦАЭР-25/161 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Medec International BV	Caelus Lite	Caelus Lite	Medec International BV	Аппарат анестезии для взрослых и новорожденных, управляемый микропроцессором, с пневматической системой ингаляции, оснащен датчиками экспираторного и инспираторного потока. Встроенная вакуумная система. Электронная регулировка РЕЕР. Самодиагностика системы: 2-3 минуты. Аппарат оснащен датчиком утечки, автоматической идентификацией типа анестезирующего газа, парамагнитным датчиком кислорода, встроенными полками.

						Испарители с переменным байпасом, полностью компенсированный метод. Дыхательный объем: 5-1600 мл. Инспираторная пауза: 0-50%. Частота дыхания: 2-100 вдохов/мин. Инспираторный поток: 250 л/мин. Пассивное удаление анестезирующего газа. Отображение концентрации CO2 на встроенном мониторе, расчет экспираторного объема электронно-анемометрическим методом, отклик датчика кислорода 0,40 с, работа от встроенных батареек 90-180 мин. Возможности мониторинга: таймеры во всех режимах, встроенный монитор 18,5 дюймов, комбинированный сопровождающий кардиомонитор 15 дюймов. Возможность отображения кривых: давление, поток, объем, ЭКГ, ДЫХАНИЕ, SpO2, PR, CO2, EtCo2, 2x Temp, 2x IBP, NIBP, Галотан, Изофлуран, энфлуран, севофлуран, десфлуран, кислород. Графические и цифровые тренды: Ppeak, Pmean, PEER, MV, CO2 вдох/выдох, O2 вдох/выдох,
--	--	--	--	--	--	--

						агент, сопротивление, статическое/динамическое соответствие. Хранение и экспорт сигналов тревоги. Режимы вентиляции, как минимум: MAN/SPONT, VCV, SIMV, PCV, SIMV, PSV/CPAP, HLM. Аппарат имеет возможность отображения следующих показаний: статическое/динамическое соответствие: CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV расчетный, MV спонтанный%, VTi, Vte, Leak%, Частота общая, спонтанная, Частота CO2, Ti спонтанный, Твдоха, Твыдоха, I:E, измерение CO2, FiCO2, EtCO2, O2, Агент. Комплектация: Наркозный аппарат с капнографией, кардиомонитор пациента, 2 испарителя: изофлуран и севофлуран, порт «Freshgas». Установка и обучение, руководство пользователя. Гарантийный срок на оборудование: 1,5 года. Аппарат новый, не использовался. Сертификаты качества (наличие): ISO13485, ISO80601-2-13, IEC60601-1, IEC60601-2, CE Mark
--	--	--	--	--	--	--

				(Директива 93/42/ЕЕС). Доставка и установка устройства осуществляется поставщиком по адресу, указанному заказчиком.
--	--	--	--	--