

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտոր	Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի

					ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գունավոր թվային Էկրան, Էկրանի անկյունագծային կորեր և չափված արժեքներ, ոչ պակաս քան 12,1", ոչ պակաս քան 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր՝ ձեռքով կարգավորելի Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները ոչ պակաս քան 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Ոչ պակաս քան Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված Էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման Ժամանակը՝ ոչ պակաս քան 2,5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուժեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ծրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,
--	--	--	--	--	--

						RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան` 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` ոչ պակաս քան 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT, թողունակությունը` 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 ռոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով` 5 ռոպե Սրտի հաճախության միջակայքը` ոչ
--	--	--	--	--	--	---

պակաս քան 40-220 հարված մեկ
 րոպեի ընթացքում Ահազանգի
 տեսակները՝ SYS, DIA, MEAN
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult
 ռեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA:
 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg
 Pediatric ռեժիմ SYS: 40- 200 mmHg
 DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160
 mmHg Neonatal ռեժիմ SYS: 10 -135
 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN:
 26-110 mmHg Ճնշման
 թողունակությունը՝ 1mmHg
 Ճշգրտության ճնշման
 առավելագույն միջին սխալ. ± 5
 mmHg Առավելագույն ստանդարտ
 շեղումը՝ ± 8 mmHg
 Պաշտպանություն գերճնշումից
 Adult ռեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric
 ռեժիմ: 240 ± 3 mmHg Neonatal
 ռեժիմ: 150 ± 3 mmHg SpO2 Չափման
 և ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան) Չափման միջակայք՝
 1-100% Ահազանգի միջակայք՝
 40-100% Թողունակությունը՝ 1 %
 Ճշգրտությունը՝ 70% -100% $\pm 2\%$
 1%-69% ± 5 Ակտուալիզացման
 միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի
 հետաձգում. 10 վրկ.,

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		Չարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Մերթոդը՝ ռիմաոդություն R-E (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մոնիթրային ռիմաոդություն > 2.5 ՍՈ
Սեդերիստերիցի ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004P4-LU2U72P-25731	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики 0.3-5.0Ω Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը՝ 0-2.50 Монитор-пациента рисует кардиограммы, измеряет кровяное давление (неинвазивный тип), показатели дыхания, температуру мիջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped: в двух точках, насыщение 0-150 rpm Թողունակությունը՝ 1 артериальной крови кислородом (SpO2) и частоту пульса (ЧСС) 2Կ/րոպե Ավազե անոցակը՝ 10-40 Используется для мониторинга S Ջերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ Транспортировки с помощью պակաս քան) 2 կալայ Չափման և батареек, а измеренная ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C информация о состоянии пациента отображается в виде волн вместе с числовыми значениями. Дисплей/Экран Дисплей: Цветной Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ
2	Монитор пациента	Монитор пациента	Монитор пациента	Монитор пациента	

[illegible]

				TEMP, SpO2, PR, RR, транзисторных датчиков (не менее 360 кадров) Возможность подключения к компьютеру по стандарту USB Внутренний термодатчик 24-бит матричный интерфейс высокой частоты 660 и 3485 точек обциклограммы Mask Direct ECG 9340 ECG датчики ECG, стандартный кабельный разъем AAMI Калибровочный сигнал: 1 мВ Частота сердечных сокращений: Диапазон измерения: не менее чем от 25 до 250 ударов в минуту Режим сигнализации: Звуковая и визуальная сигнализация NIBP Способ: Осциллографический Режим: Ручной, автоматический, статический, разрешение 1 мм рт. ст. Интервал измерения в автоматическом режиме: не менее чем в диапазоне 2-60 минут Период измерения в режиме статистики: 5 мин Диапазон частоты пульса: не менее чем 40-220 ударов в минуту Тип сигнализации: SYS, DIA, MEAN Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Режим для взрослых SYS: 40-240

						mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg Педиатрический режим SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg Неонатальный режим SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg Разрешающее давление: 1 мм рт. ст. Точность Максимальная средняя погрешность давления: ± 5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение: ± 8 мм рт. ст. Защита от избыточного давления Режим для взрослых: 300 ± 3 мм рт. ст. Педиатрический режим: 240 ± 3 мм рт. ст. Неонатальный режим: 150 ± 3 мм рт. ст. SpO2 Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Диапазон измерения: 1-100 % Диапазон срабатывания сигнализации: 40-100 % Разрешение: 1 % Точность: 70% -100% ± 2 %; 1%-69% ± 5 % Интервал актуализации: около 1 секунды. Задержка сигнала тревоги: 10 Сек., Частота пульса Диапазон измерения и сигнализации: 30-250 уд / мин Разрешение: 1 уд / мин, точность: ± 2 уд / мин Дыхание
--	--	--	--	--	--	---

					(респирация) Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Способ: Импеданс между R-F (RA-LL) Дифференциальное входное сопротивление: > 2,5 МΩ Диапазон измерения импеданса: 0,3-5,0 Ом Диапазон импеданса базовой линии: 0 – 2,5 КОм Полоса пропускания: 0,3-2,5 Гц Частота дыхания Диапазон измерения и сигнализации Взрослый: 0-120 rpm Neo/Ped: 0 -150 rpm Разрешение: ±2 rpm Точность: ±2 rpm Тревога Апноэ: 10-40 С Температура Диапазон измерения и сигнализации (не менее чем) Канал: 2 Диапазон измерения и сигнализации: 0-50 °С, разрешение: 0,1 °С Точность: ±0,1 °С Интервал актуализации: около 1 секунды. Средняя постоянная времени: <10 сек. Акссесуары: Электродный кабель для одноразового электрода (3 или 5 выводов) Манжета NIBP для взрослых Манжета NIBP для детей Манжета NIBP для новорожденных Шланг для манжеты NIBP Шнур питания Одноразовый электрод (5 шт)
--	--	--	--	--	--

				Датчик SpO2 многоразового использования для взрослых Примечание: В дополнение к 10 многоразовым датчиком SpO2 для взрослых, поставляемым с мониторами, должно также поставляться 4 многоразовых датчика SpO2 для новорожденных, совместимых с теми же мониторами Комплектация и акссесуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на армянском или английском, или русском языках Оборудование должно быть новым, неиспользованным В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и акссесуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ISO 13485 или эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--